



VERBALE di APERTURA PLICHI

PROCEDURA NEGOZIATA, IN FORMA TELEMATICA,
PER LA FORNITURA TRIENNALE DI:
CUSTOM PACK PER POSIZIONAMENTO CATETERI VENOSI CENTRALI
E INIEZIONI INTRAVITREALI

Alle ore 9.30 del 17 ottobre 2018 ha luogo, presso la sede dell'ASST Valtellina e Alto Lario in Sondrio, via Stelvio n. 25, l'apertura dei file trasmessi tramite il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL" contenenti la documentazione della procedura negoziata per la conclusione del contratto relativo all'affidamento di quanto evidenziato in oggetto.

La procedura di gara è stata pubblicata su "SINTEL" – ID 101447674

Alla gara sono state invitate tramite portale di Regione Lombardia le seguenti ditte:

| NOVE PARTIGIANE | COMUNE | INDIRIZZO |
|-------------------------------|-------------------|--|
| MOLNLYCKE HEALTH CARE | MILANO | molnlycke.clienti@pec.it |
| B.BRAUN MILANO SPA | MILANO | bbraun-mi@registerpec.it |
| Fe.ma S.r.l. | LOCATE DI TRIULZI | femaservizi@legalmail.it |
| DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL | LOCATE DI TRIULZI | silvia.santus@diemmesrl.it |
| BETATEX S.P.A. | PERUGIA | ot@pec.betatex.com |
| DELTA MED SPA | VIADANA | deltamedspa@pec.it |

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito entro le ore 16:00 del 12.10.2018.

Entro la data fissata sono pervenute le seguenti offerte:

| NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO | FORNITORE | DATA | STATO OFFERTA |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|
| 1538991746054 | BETATEX S.P.A. 00440180545 | lunedì 8 ottobre 2018 11.42.26 CEST | Offerta valida |
| 1539079032708 | DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL 11873880154 | martedì 9 ottobre 2018 11.57.12 CEST | Offerta valida |
| 1539259983361 | Fe.ma S.r.l. 02194160962 | giovedì 11 ottobre 2018 14.13.03 CEST | Offerta valida |

Presenziano all'operazione di apertura file contenenti la documentazione **amministrativa e tecnica** il Direttore U.O.C. Approvvigionamenti Dr. Renato Paroli - Responsabile Unico Procedimento - nella funzione di Presidente, la sig.a Giovanna Leusciatti - Assistente Amministrativo U.O.C. Approvvigionamenti - in qualità di Segretario e la sig.a Valeria Fosti - Assistente Amministrativo U.O.C. Approvvigionamenti - in qualità di Teste.

[Handwritten signature]
C1

Per la società sono presenti i seguenti rappresentanti:

| FORNITORE | NOMINATIVO |
|-------------------------------|-------------|
| BETATEX S.P.A. | |
| DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL | Sara Altini |
| Fe.ma S.r.l. | |

La campionatura, come richiesto dal capitolato tecnico, è stata inviata dalle ditte alla Struttura di Farmacia Ospedaliera di Sondrio, che ha fornito conferma di regolare ricezione entro i termini stabiliti.

Si procede all'apertura dei file relativi alla documentazione amministrativa e tecnica e si accerta che contengano quanto previsto nei documenti di gara.

La verifica dei file contenenti la documentazione amministrativa ha dato esito positivo.

Si procede quindi all'apertura dei file contenenti la documentazione tecnica.

La documentazione tecnica verrà trasmessa alla Commissione Tecnica non appena sarà nominata.


La seduta ha termine alle ore 09.44 del 17 ottobre 2018.

Letto e confermato, si sottoscrive.


IL PRESIDENTE
Renato Paroli



IL SEGRETARIO
Giovanna Leusciatti



IL TESTE
Valeria Fosti





**PROCEDURA NEGOZIATA, IN FORMA TELEMATICA,
PER LA FORNITURA TRIENNALE DI:
CUSTOM PACK PER POSIZIONAMENTO CATETERI VENOSI CENTRALI
E INIEZIONI INTRAVITREALI**

VERBALE DI APERTURA OFFERTE ECONOMICHE

Premesso che:

- il 17 ottobre 2018 si è provveduto all'apertura dei file contenenti la documentazione amministrativa e tecnica trasmessa tramite "SINTEL" dalle aziende offerenti;
- la documentazione tecnica è stata trasmessa alla Commissione giudicatrice, nominata con nota prot. n. 45447 del 24.10.18;
- la Commissione ha trasmesso i verbali (nn. 1 - 2) con l'esito della valutazione, che vengono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. 1 - 2)

il giorno **7 FEBBRAIO 2018** alle ore **9.00**, presso la sede dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario sita in Via Stelvio n. 25 - Sondrio, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione per l'apertura delle offerte economiche della gara in oggetto.

Risultano presenti:

Presidente Renato Paroli - Direttore U.O.C. Approvvigionamenti- R.U.P.
Segretario Giovanna Leusciatti - Assistente Amministrativo U.O.C. Approvvigionamenti
Teste Valeria Fosti - Assistente Amministrativo U.O.C. Approvvigionamenti

Per le società offerenti sono presenti i seguenti rappresentanti:

| FORNITORE | NOMINATIVO |
|-------------------------------|----------------------------------|
| BETATEX S.P.A. | -- |
| DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL | Sara Altini e Francesco Ottolini |
| Fe.ma S.r.l. | -- |

Le aziende offerenti hanno preso atto delle risultanze delle valutazioni di carattere tecnico effettuate dalla Commissione Tecnica messe a loro disposizione sulla piattaforma SINTEL.

Si procede quindi all'apertura dei file contenenti le offerte economiche ed alla verifica dei prezzi offerti.

L'aggiudicazione provvisoria viene fatta alle ditte riportate nelle tabelle allegata (all. 3-4).

La seduta ha termine alle ore 09:55 del 7.02.2019

Letto e confermato, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE
Renato Paroli

IL SEGRETARIO
Giovanna Leusciatti

IL TESTE
Valeria Fosti



PROCEDURA NEGOZIATA IN FORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI "CUSTOM PACK PER POSIZIONAMENTO CATETERI VENOSI CENTRALI E INIEZIONI INTRAVITREALI "

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 1 SEDUTA RISERVATA

Con nota prot. n. 0045447 del 24.10.2018 il Direttore U.O.C. Approvvigionamenti ha individuato la Commissione Giudicatrice di gara che risulta essere composta da:

- Dr.ssa Catryn Cappelletti – Dirigente Farmacista – Presidente
- Dr. Stefano Cataldo – Dirigente Medico U.O.C. Oculistica – Componente
- Sig.ra Lidia Culanti – Coordinatore Infermieristico U.O.C. Anestesia e Rianimazione - Componente

Alle ore 13.00 del 22 novembre 2018 presso l' UOC di Farmacia del Presidio Ospedaliero di Sondrio la Commissione Giudicatrice risulta presente in tutti i suoi componenti.

La Commissione Giudicatrice prende atto che la procedura è espletata telematicamente attraverso la piattaforma SINTEL.

Preliminarmente i Componenti rilasciano dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità.

La Commissione Giudicatrice determina che il criterio di valutazione tecnica delle offerte non sarà altro che quello previsto dai documenti di gara.

La valutazione tecnica con il giudizio verrà effettuata in modo esclusivo dai Commissari di gara in base all'esame della documentazione tecnica e della campionatura, effettuata collegialmente.

Non saranno ammessi alla fase successiva di valutazione economica i prodotti che, sulla base della documentazione tecnica e della campionatura presentata, non risultino conformi ai requisiti tecnici minimi stabiliti nel capitolato tecnico di gara.

Saranno altresì esclusi i prodotti che in sede di valutazione di qualità abbiano totalizzato un punteggio inferiore a 36/70.

La Commissione prende e dà atto che i plichi delle offerte e della campionatura sono custoditi in locale idoneo a garantire la sicurezza e la segretezza.

La Commissione Giudicatrice procede quindi all'apertura del locale dove viene contenuta la documentazione tecnica e la campionatura relativa alla procedura di gara per la fornitura di "CUSTOM PACK PER POSIZIONAMENTO CATETERI VENOSI CENTRALI E INIEZIONI INTRAVITREALI"

La Commissione Giudicatrice procede quindi all'esame delle offerte tecniche presentate in sede di gara.

Dopo una approfondita discussione sugli aspetti delle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice ritiene esaustive e complete le offerte tecniche presentate dalle ditte BETATEX S.p.A., DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.r.l. e FE.MA S.r.l..

La Commissione Giudicatrice preleva n. 1 campione di ciascun prodotto offerto e verifica collegialmente, sulla base del campione prelevato e della documentazione tecnica presentata, la rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti tecnici minimi stabiliti nel capitolato tecnico di gara, decidendo quanto segue:

Lotto n. 1 – CUSTOM PACK PER POSIZIONAMENTO CATETERI VENOSI CENTRALI

| | |
|----------------|---------|
| BETATEX S.p.A. | Ammessa |
|----------------|---------|

Lotto n. 2 – CUSTOM PACK PER INIEZIONI INTRAVITREALI

| | |
|----------------------------------|---------|
| BETATEX S.p.A. | Ammessa |
| DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.r.l. | Ammessa |
| FE.MA S.r.l. | Ammessa |

La Commissione Giudicatrice procede quindi al prelievo della campionatura dei prodotti ammessi alla fase di valutazione tecnica per l'effettuazione delle prove in uso.

La seduta viene sciolta alle ore 15.30, per riaggiornarsi il giorno 14 Gennaio 2019 alle ore 14.00.

Il locale dove vengono custodite le offerte tecniche e la campionatura residua viene chiuso a chiave.


Il presente verbale si compone di n. 2 fogli dattiloscritti numerati dal n. 1 al n. 2.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dr.ssa Catryn Cappelletti

Dr. Stefano Cataldo

Sig. ra Lidia Culanti







**PROCEDURA NEGOZIATA IN FORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI
"CUSTOM PACK PER POSIZIONAMENTO CATETERI VENOSI CENTRALI E
INIEZIONI INTRAVITREALI "**

**VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 2
SEDUTA RISERVATA**

Alle ore 13.30 del 14 Gennaio 2019 si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, presente in tutti i suoi componenti.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura del locale dove viene contenuta la documentazione tecnica e la campionatura residua relativa alla procedura di gara per la fornitura di "CUSTOM PACK PER POSIZIONAMENTO CATETERI VENOSI CENTRALI E INIEZIONI INTRAVITREALI"

La Commissione prende atto della conclusione delle attività di valutazione degli elementi qualitativi dei prodotti campionati e propone di esprimere, per ogni offerta, le proprie valutazioni e procedere, in relazione a ciascun criterio specifico, all'assegnazione del coefficiente relativo secondo quanto di seguito riportato:

| GIUDIZIO | COEFFICIENTE DI ATTRIBUZIONE |
|--------------------------|---------------------------------|
| eccellente | 1,0 |
| ottimo | 0,9 |
| buono | 0,8 |
| discreto | 0,7 |
| sufficiente | 0,6 |
| mediocre | 0,5 |
| insufficiente | 0,4 |
| gravemente insufficiente | 0,3 |
| scarso | 0,2 |
| gravemente scarso | 0,1 |
| non valutabile | 0,0 |

La Commissione Giudicatrice nel plenum procede all'assegnazione dei coefficienti relativi alle caratteristiche qualitative, assegnati su base 70, ai sensi di quanto riportato nel Capitolato Tecnico di gara.

L'attribuzione dei coefficienti, definita analiticamente nelle schede di valutazione allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, porta ai seguenti risultati totali:

Lotto n. 1 – CUSTOM PACK PER POSIZIONAMENTO CATETERI VENOSI CENTRALI

| DITTA | PUNTEGGIO TECNICO TOTALE |
|----------------|--------------------------|
| BETATEX S.p.A. | 70,00 |

Lotto n. 2 – CUSTOM PACK PER INIEZIONI INTRAVITREALI

| DITTA | PUNTEGGIO TECNICO TOTALE |
|----------------------------------|--------------------------|
| BETATEX S.p.A. | 52,00 |
| DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.r.l. | 43,00 |
| FE.MA S.r.l. | 70,00 |

La seduta viene sciolta alle ore alle ore 15.45.

Il locale dove vengono custodite le offerte tecniche e la campionatura residua viene chiuso a chiave.

La Commissione Giudicatrice si impegna a consegnare la documentazione tecnica ed i verbali al Responsabile Unico del Procedimento, per la convocazione della seduta relativa all'apertura delle offerte economiche.

Il presente verbale si compone di n. 2 fogli dattiloscritti numerati dal n. 1 al n. 2.


Allegate n. 2 schede di valutazione.


Letto, confermato e sottoscritto.

Dr.ssa Catryn Cappelletti

Dr. Stefano Cataldo

Sig. ra Lidia Culanti






| | | | |
|--|--|----------------------|--|
| Lotto n. 1 | | Descrizione articolo | |
| CUSTOM PACK PER POSIZIONAMENTO CATETERI VENOSI CENTRALI | | | |

| | | | |
|------------------|-------|--------------------------------|-------|
| punteggio totale | | punteggio totale riparametrato | |
| BETATEX S.p.A. | 70,00 | BETATEX S.p.A. | 70,00 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| coefficienti attribuiti discrezionalmente dai Commissari | |
| GIUDIZIO | COEFFICIENTE DI ATTRIBUZIONE |
| eccellente | 1,0 |
| ottimo | 0,9 |
| buono | 0,8 |
| discreto | 0,7 |
| sufficiente | 0,6 |
| mediocre | 0,5 |
| insufficiente | 0,4 |
| gravemente insufficiente | 0,3 |
| scarso | 0,2 |
| gravemente scarso | 0,1 |
| non valutabile | 0,0 |

| Criteria | Ditta | Commissario 1 | Commissario 2 | Commissario 3 | Totale coefficienti | Media coefficienti | Punteggio qualità max | Punteggio complessivo | Fattore di conversione | Media definitiva | Totale |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--------|
| A) Caratteristiche del telo avvolgente e procedurale (morbidezza, drappeggiabilità, resistenza, adesività, ecc) | BETATEX S.p.A. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 30 | 30,00 | 1,00 | 1,00 | 30,00 |
| B) Caratteristiche degli altri componenti del set | BETATEX S.p.A. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 30 | 30,00 | 1,00 | 1,00 | 30,00 |
| C) Confezionamento (facilità apertura del set, facilità di prelievo dei componenti, resistenza involucri esterno, ingombro, ecc.) | BETATEX S.p.A. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 10 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 |



 Capitan *Stefano* *Howel*

| COEFFICIENTE DI ATTRIBUZIONE | |
|--|-----|
| coefficienti attribuiti discrezionalmente dai Commissari | |
| GIUDIZIO | 1,0 |
| eccellente | 0,9 |
| ottimo | 0,8 |
| buono | 0,7 |
| discreto | 0,6 |
| sufficiente | 0,5 |
| mediocre | 0,4 |
| insufficiente | 0,3 |
| gravemente insufficiente | 0,2 |
| scarsissimo | 0,1 |
| non valutabile | 0,0 |

| Ditta | punteggio totale | punteggio totale riparametrato |
|----------------|------------------|--------------------------------|
| BETATEX S.p.A. | 52,00 | 52,00 |
| DIEMME S.R.L. | 43,00 | 43,00 |
| FE.MA S.R.L. | 70,00 | 70,00 |

| Criteri | Ditta | Commissario 1 | Commissario 2 | Commissario 3 | Totale coefficienti | Media coefficienti | Punteggio qualità max | Punteggio complessivo | Fattore di conversione | Media definitiva | Totale |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--------|
| A) Caratteristiche del telo avvolgente e procedurale (morbidezza, drappeggiabilità, resistenza, adesività, ecc) | BETATEX S.p.A. | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 2,10 | 0,70 | | 21,00 | | 0,70 | 21,00 |
| | DIEMME S.R.L. | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,80 | 0,60 | 30 | 18,00 | 1,00 | 0,60 | 18,00 |
| | FE.MA S.R.L. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | | 30,00 | | 1,00 | 30,00 |
| B) Caratteristiche degli altri componenti del set | BETATEX S.p.A. | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 2,10 | 0,70 | | 21,00 | | 0,70 | 21,00 |
| | DIEMME S.R.L. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 30 | 15,00 | 1,00 | 0,50 | 15,00 |
| | FE.MA S.R.L. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | | 30,00 | | 1,00 | 30,00 |
| C) Confezionamento (facilità apertura del set, facilità di prelievo dei componenti, resistenza involucri esterno, ingombro, ecc.) | BETATEX S.p.A. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | | 10,00 | | 1,00 | 10,00 |
| | DIEMME S.R.L. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 10 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 |
| | FE.MA S.R.L. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | | 10,00 | | 1,00 | 10,00 |

MOTIVAZIONI:

| |
|---|
| BETATEX: |
| A) Telo procedurale caratterizzato da morbidezza, drappeggiabilità, consistenza ed adesività finestra adesiva discreta |
| B) Pinza corneale con impugnatura metallica caratterizzata da capacità di presa buona in relazione a conformazione punta; lunghezza del biefarostato e conseguente atraumaticità sufficiente |
| DIEMME: |
| A) Telo procedurale caratterizzato da morbidezza, drappeggiabilità discreta; consistenza ed adesività finestra adesiva medio-corneale |
| B) Pinza corneale caratterizzata da capacità di presa appena sufficiente in relazione ad impugnatura in plastica e conformazione punta; lunghezza del biefarostato e conseguente atraumaticità sufficiente; presenza nel kit di una sola compressa di medicazione piegata |
| FE.MA: |
| A) Eccellenti le caratteristiche del telo procedurale compresa consistenza ed adesività finestra adesiva |
| B) Eccellenti le caratteristiche di tutti i componenti del set con particolare riferimento ai due componenti ritenuti maggiormente critici (biefarostato e pinza corneale) |

Cojuna *Stefano* *Levi*

ALL. 3/Verb

UTENTI ELENCO FORNITORI TELEMATICO CATEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L.190

Utente: Leusciatti Giovanna - Impiegato


Vedi il mio profilo | Comunicazioni(0)

- MENU
- Amministrazione
 - Dettaglio della procedura
 - Documentazione di gara
 - Storia offerte
 - Graduatoria Provvisoria
 - Lista invitati
 - Report di procedura
 - Modello della procedura
 - Notifiche
 - Libreria Documentale

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > CUSTOM PACK > LOTTO 1 - CUSTOM PACK PER POSIZIONAMENTO CATETERI

...

Ritorna all'elenco delle procedure
 Visualizza Lotti
 Visualizza MultiLotto



Firma digitale del documento

Una volta completato l'inserimento di tutti i dati richiesti, è necessario cliccare su "Genera documento", selezionare il percorso di salvataggio, senza modificare il nome del file generato dal sistema. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e NON altri programmi (Adobe Reader, Microsoft Word, etc.).

In generale si raccomanda di NON ESEGUIRE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

- Rinominare il file neppure dopo averlo firmato;
- Eseguire qualsiasi operazione che possa modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale.

Sintel effettua il controllo sulla firma digitale apposta sul documento.

Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento al file: "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel"

GENERA DOCUMENTO

CARICAMENTO REPORT FIRMATO DIGITALMENTE

Seleziona il file PDF FIRMATO:

Dimensione massima consentita: 100 Mb

Scegli file Nessun file selezionato

CHIUDI PROPOSTA AGGIUDICAZIONE | NON AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA

| POSIZIONE PROPOSTA | NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO | FORNITORE | MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE | DATA | VALORE ECONOMICO | PUNTEGGIO ECONOMICO | PUNTEGGIO TECNICO | PUNTEGGIO TOTALE | STATO OFFERTA |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 1539242611383 | BETATEX S.P.A. 00440180545 | Forma singola | 11/10/18 9.23 | 46.350,00000 EUR | 30,00 | 70,00 | 100,00 | Proposta di Aggiudicazione |

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base d'asta

Handwritten signature

MENU

- Amministrazione
 - Dettaglio della procedura
 - Documentazione di gara
 - Storia offerte
 - Graduatoria Provvisoria
 - Lista invitati
 - Report di procedura
 - Modello della procedura
 - Notifiche
 - Libreria Documentale

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > CUSTOM PACK > LOTTO 2 - CUSTOM PACK PER INIEZIONI INTRAVITREALI

Ritorna all'elenco delle procedure
Visualizza Lotti
Visualizza MultiLotto

- 1 BUSTE TECNICHE
- 2 BUSTE ECONOMICHE
- 3 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
- 4 AGGIUDICAZIONE

Firma digitale del documento

Una volta completato l'inserimento di tutti i dati richiesti, è necessario cliccare su «Genera documento», selezionare il percorso di salvataggio, senza modificare il nome del file generato dal sistema. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e NON altri programmi (Adobe Reader, Microsoft Word, etc.).

In generale si raccomanda di NON ESEGUIRE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

- Rinominare il file neppure dopo averlo firmato;
- Eseguire qualsiasi operazione che possa modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale.

Sintel effettua il controllo sulla firma digitale apposta sul documento.

Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento al file: [Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel](#)

[GENERA DOCUMENTO](#)

CARICAMENTO REPORT FIRMATO DIGITALMENTE

Seleziona il file PDF FIRMATO:

Dimensione massima consentita: 100 Mb

[Scegli file](#) Nessun file selezionato

CHIUDI PROPOSTA AGGIUDICAZIONE | NON AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA

| POSIZIONE PROPOSTA | NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO | FORNITORE | MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE | DATA | VALORE ECONOMICO | PUNTEGGIO ECONOMICO | PUNTEGGIO TECNICO | PUNTEGGIO TOTALE | STATO OFFERTA |
|--------------------|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 1539260463575 | Fe.ma S.r.l. 02194160962 | Forma singola | 11/10/18 14.21 | 51.835,00000 EUR | 18,64 | 70,00 | 88,64 | Proposta di Aggiudicazione |
| 2 | 1539243173515 | BETATEX S.P.A. 00440180545 | Forma singola | 11/10/18 9.32 | 32.200,00000 EUR | 30,00 | 52,00 | 82,00 | Offerta non vincente |
| 3 | 1539079859272 | DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL 11873880154 | Forma singola | 09/10/18 12.10 | 48.825,00000 EUR | 19,78 | 43,00 | 62,78 | Offerta non vincente |

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base d'asta



Betatex S.p.A.

Sede Legale: Via Raffaello, 2

06081 S.MARIA degli ANGELI - Assisi (PG)

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Viale Europa Z.I. - 06083 OSPEDALICCHIO - Bastia Umbra (PG)

www.betatex.com - info@betatex.com



P.I. / C.F.: 00440180545 - Tel + 39 (075) 8004872 - Fax +39 (075) 8004972

CAP.SOC. € 1.040.000 I.V.-P.I.-C.F.- Iscrizione C.C.I.A.A. N. 00440180545

Azienda con sistema qualità certificato a norme ISO 9001/EN 13485

ASSISI (PG), 08/10/2018

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della
Valtellina
VIA STELVIO, 25
23100 SONDRIO (SO)

**OGGETTO: ID 101447674 PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI CUSTOM PACK PER
POSIZIONAMENTO CATETERI VENOSI CENTRALI E INIEZIONI INTRAVITREALI.
OFFERTA ECONOMICA LOTTO 01.**

IN RIFERIMENTO ALL'OGGETTO, LA SOTTOSCRITTA SALVIETTI SIMONA NATA A PERUGIA IL 20/04/1942 E RESIDENTE A S. MARIA DEGLI ANGELI IN VIA RAFFAELLO, 2 cod. fis. SLVSMN42D60G478S, IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA BETATEX S.P.A. CON SEDE LEGALE E FISCALE IN VIA RAFFAELLO, 2 - ASSISI (PG), E CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIALE EUROPA - Z.I. OSPEDALICCHIO (PG), ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL TRIBUNALE DI PERUGIA AL NR. 00440180545, CON CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 00440180545;

DICHIARA

- di aver preso visione e di accettare tutte le clausole e condizioni contenute nella lettera di invito;
- che i prezzi sotto indicati si intendono per: Merce franco Vs. magazzini, Imballo gratis, pagamento a 60 gg; I.V.A. a Vs. carico;
- che i prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura;
- che l'offerta presentata dalla ditta Betatex S.p.A. ha validità di 240 gg. Dalla data di presentazione della stessa;
- che l'Ufficio delle imposte competente è quello di Perugia;

OFFRE

BETATEX SPA
Il Legale Rappresentante
Salvietti Simona

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n° 196), si informa che il trattamento dei dati personali finalizzato unicamente ad adempiere agli obblighi contrattuali e ad eseguire le Vs. specifiche richieste, avverrà presso la Betatex S.p.A. quale titolare del trattamento dei dati personali. I dati stessi verranno, peraltro trattati rispettando i principi di liceità, correttezza e trasparenza. Le modalità del trattamento avverranno in forma cartacea e/o con l'utilizzo di procedure informatiche alle sole finalità sopra citate e ad opera di soggetti preventivamente incaricati. Il conferimento dei dati è necessario per l'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali. Agli interessati (persona fisica, persona giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali "art. 4, lett. i,c,1 D.Lgs. n. 196/2003) sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso la Betatex S.p.A.

CUSTOM PACK PER POSIZIONAMENTO CATETERI VENOSI CENTRALI E INIEZIONI INTRAVITREALI

Offerta n° 314 G del 08/10/2018

| Lotto/ Posiz. | Denominazione commerciale del prodotto | Fabbricante e indirizzo fabbricante | Codice CND* | N° registrazion e Repertorio D.M.** | Codice articolo | n.ro pezzi per confezion e | unità di misura | prezzo unitario in cifre (€) Iva esclusa | prezzo unitario in lettere (€) Iva esclusa | Iva % | Importo annuale complessivo del lotto Iva esclusa |
|------------------|---|--|----------------|---|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|--|-------|--|
| 01 | SET POS. CATETERE VENOSO CENT. LOTTO 1 | BETATEX S.P.A. - SEDE LEGALE: VIA RAFFAELLO, N. 2, 06081, ASSISI (PG) | T0202 | 28731 | SE0768SE | 20 | PZ | 5,15 € | CINQUE/15 Euro | 22 | 9.270,00 € [NOVAMILADUE CENTOSETTANT A/00 Euro] |

*Classificazione Nazionale Dispositivi Medici

**Repertorio Dispositivi Medici

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



N.B. Si precisa che non è necessario redigere l'offerta sotto forma di tabella, ma essa deve riportare tutti gli elementi richiesti dal presente schema

ALL. 4



FE.MA Srl 20055 LOCATE DI TRULZI (MI) - Via Rosa Luxemburg, 2325
 CF 02194150662 Partita IVA 13110750150
 Cap. Soc. € 60.000 - R. Imp. Milano 1385138 - Trib. Milano 48735 - C.C.I.A.A. MI 1385138
 Tel. +39 02 50470177 - +39 02 50470170 Fax. +39 02 50470049
 sito web: www.femaservizi.com - mail: gare@femaservizi.com

CUSTOM PACK PER POSIZIONAMENTO CATETERI VENOSI CENTRALI E INIEZIONI INTRAVITREALI

Offerta n° 1 del 11/10/2018

| Lotto/ Posiz. | Denominazione commerciale del prodotto | Fabbricante e indirizzo fabbricante | Codice CND* | N° registrazione Repertorio D.M.** | Codice articolo | n.ro pezzi per confezione | unità di misura | prezzo unitario in cifre (€) Iva esclusa | prezzo unitario in lettere (€) Iva esclusa | Iva % | Importo annuale complessivo del lotto Iva esclusa |
|------------------|--|---|----------------|---|--------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|-------|--|
| 2 | Pacco iniezioni intravitreali | Fe.Ma srl Via della Tecnica 52 Montevarchi (AR) | T0202 | 398513 | PPC1134 | 15 | PZ | 14,81 | Quattordici/81 | 22 | 10.367,00 |
| | | | | | | | | | | | |

*Classificazione Nazionale Dispositivi Medici
 **Repertorio Dispositivi Medici

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

FE.MA SRL
 Amministratore Unico
 Maurizio Zucchelli

N.B. Si precisa che non è necessario redigere l'offerta sotto forma di tabella, ma essa deve riportare tutti gli elementi richiesti dal presente schema