



UOC Approvvigionamenti

V E R B A L E DI APERTURA DELLE OFFERTE AMMINISTRATIVE E TECNICHE

GARA RELATIVA ALLA FORNITURA DI REATTIVI PER DOSAGGI IMMUNOCROMATOGRAFICI:

-----oooOooo-----

Alle ore 10.00 del 06.03.2018 ha luogo, presso la sede dell'ASST Valtellina e Alto Lario in Sondrio, Via Stelvio n. 25, l'apertura delle offerte contenenti la documentazione amministrativa e tecnica della gara relativa alla fornitura di reattivi per dosaggi immunocromatografici.

Il criterio di aggiudicazione della gara è quello previsto dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito entro le ore 12.00 del 28.02.2018.

Entro tale data sono pervenute le seguenti offerte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA	STATO OFFERTA
1518598264047	BIOHIT HealthCare Srl 08192350968	Forma singola	mercoledì 14 febbraio 2018 9.51.04 CET	Offerta valida
1518618534473	RELAB S.R.L. 01489790996	Forma singola	mercoledì 14 febbraio 2018 15.28.54 CET	Offerta valida
1518768178435	DASIT SPA 03222390159	Forma singola	venerdì 16 febbraio 2018 9.02.58 CET	Offerta valida
1518782336282	MASCIA BRUNELLI S.P.A. 05985320158	Forma singola	venerdì 16 febbraio 2018 12.58.56 CET	Offerta valida
1518787336585	Biosigma S.r.l.	Forma singola	venerdì 16 febbraio 2018 14.22.16 CET	Offerta valida
1519032765248	Meridian Bioscience Europe 09971540159	Forma singola	lunedì 19 febbraio 2018 10.32.45 CET	Offerta valida
1519033799970	D.I.D. Diagnostic International Distribution SpA 00941660151	Forma singola	lunedì 19 febbraio 2018 10.49.59 CET	Offerta valida
1519034884467	Medimar srl 06064180968	Forma singola	lunedì 19 febbraio 2018 11.08.04 CET	Offerta valida
1519052544324	ALIFAX s.r.l. 04337640280	Forma singola	lunedì 19 febbraio 2018 16.02.24 CET	Offerta valida
1519124900638	BETA DIAGNOSTICI S.A.S. 01633850837	Forma singola	martedì 20 febbraio 2018 12.08.20 CET	Offerta valida



1519308960505	Eurospital S.p.A. 00047510326	Forma singola	giovedì 22 febbraio 2018 15.16.00 CET	Offerta valida
1519741977053	Servizi Diagnostici S.r.l.	Forma singola	martedì 27 febbraio 2018 15.32.57 CET	Offerta valida
1519806907780	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA 00889160156	Forma singola	mercoledì 28 febbraio 2018 9.35.07 CET	Offerta valida

Presenziano all'operazione di Apertura pieghi documentazione amministrativa il Direttore UOC Approvvigionamenti Dr. Renato Paroli - Responsabile Unico Procedimento - nella funzione di Presidente, la Dott.ssa Elisa Fogagnoli - Collaboratore UOC Approvvigionamenti in qualità di segretario e Valentina Tè - Assistente Amministrativo UOC Approvvigionamenti in qualità di teste.

Si procede all'apertura delle buste amministrative e tecniche.
Il riscontro della documentazione presentata è positivo.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta.
La seduta ha termine alle ore 11:00
Letto e confermato, si sottoscrive.

IL SEGRETARIO

Elisa Fogagnoli

IL TESTE

Valentina Tè

IL PRESIDENTE

Renato Paroli

Regione Lombardia
ASST
VALTELLINA E ALTO LARIO

Sondrio, 07/12/2018

VERBALE di COMMISSIONE TECNICA
DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALLA FORNITURA DI REATTIVI
PER DOSAGGI IMMUNOCROMATOGRAFICI

Alle ore 9:00 del 07/12/2018 ha luogo, presso la sede dell'A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario in Sondrio Via Stelvio n. 25, la seconda seduta di commissione tecnica della procedura di gara relativa alla fornitura di reattivi per dosaggi immunocromatografici.

Sono presenti alla seduta i componenti di Commissione Tecnica così composta:

presidente: **dott.ssa Francesca Morabito** – Dirigente Biologo S.C. Laboratorio Analisi Sondrio – A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario;

componente: **dott.ssa Eugenia Barone** – Dirigente Biologo presso la S.C. Laboratorio Analisi Sondrio – A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario fino al 31/08/2018, in servizio presso l'A.S.L. 2 Lanciano-Vasto-Chieti a partire dal 01/09/2018;


componente: **sig.ra Elena Sonetti** – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico S.C. Laboratorio Analisi Sondrio – A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario.

Si approva il verbale della prima seduta della Commissione Tecnica del 19 marzo 2018.

Si procede quindi ad analizzare i dati delle prove tecniche, decise nella prima seduta della commissione, per valutare le performance dei kit offerti in gara.

In base ai risultati ottenuti la commissione conclude le valutazioni ed esprime un giudizio definitivo. Per ogni kit offerto in gara viene discussa la valutazione di ogni singolo parametro considerato e viene riportata la media dei punteggi attribuiti dai componenti.



ES. 

Alle ore 13:00 la Commissione sospende i lavori per la pausa pranzo.

Alle ore 14:00 la Commissione riprende i lavori, termina le valutazioni, e redige le valutazioni finali prima e dopo la riparametrizzazione.

Valutazione della Commissione Tecnica

Lotto 1: <u>Kit Legionella</u> <u>antigene, ricerca nelle urine</u>	Punteggio in 70esimi	Punteggio in 70esimi dopo la riparametrizzazione
BIOHIT HEALTHCARE SRL	55	56
RELAB SRL	69	70
DASIT SPA	43	44
MASCIA BRUNELLI SPA	46	47
BIOSIGMA SRL	49	50
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE	47	48
DID SPA	62	63
ALIFAX SRL	55	56
BETA DIAGNOSTICI SAS	56	57
SERVIZI DIAGNOSTICI SRL	49	50
THERMO FISHER DIAGNOSTICI SPA	52	53

Lotto 2: <u>Kit Pneumococco</u> <u>antigene, ricerca nelle urine</u>	Punteggio in 70esimi	Punteggio in 70esimi dopo la riparametrizzazione
RELAB SRL	70	70
DASIT SPA	46	46
MASCIA BRUNELLI SPA	48	48
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE	43	43
DID SPA	65	65
BETA DIAGNOSTICI SAS	57	57
SERVIZI DIAGNOSTICI SRL	43	43



Es.





Lotto 3: <u>Kit Virus Respiratorio Sinciziale, ricerca</u>	Punteggio in 70esimi	Punteggio in 70esimi dopo la riparametrizzazione
MASCIA BRUNELLI SPA	55	64
BETA DIAGNOSTICI SAS	60	70

Lotto 4: <u>Kit Rotavirus/Adenovirus/Norovirus, ricerca contemporanea nelle feci</u>	Punteggio in 70esimi	Punteggio in 70esimi dopo la riparametrizzazione
MASCIA BRUNELLI SPA	30	NON IDONEO


Lotto 5: <u>Kit Giardia/Cryptosporidium, ricerca contemporanea nelle feci</u>	Punteggio in 70esimi	Punteggio in 70esimi dopo la riparametrizzazione
MASCIA BRUNELLI SPA	60	70
BETA DIAGNOSTICI SAS	45	53

Lotto 6: <u>Kit Clostridium difficile, ricerca contemporanea tossina A/B nelle feci</u>	Punteggio in 70esimi	Punteggio in 70esimi dopo la riparametrizzazione
DASIT SPA	49	57
MASCIA BRUNELLI SPA	60	70
BIOSIGMA SRL	41	48
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE	30	NON IDONEO
BETA DIAGNOSTICI SAS	55	54
THERMO FISHER DIAGNOSTICI SPA	30	NON IDONEO

Lotto 7: <u>Kit ricerca Helicobacter pylori nelle feci</u>	Punteggio in 70esimi	Punteggio in 70esimi dopo la riparametrizzazione
MASCIA BRUNELLI SPA	60	70
BETA DIAGNOSTICI SAS	53	62

 E.S.



Lotto 8: <u>Kit ricerca rapida</u> <u>parassita malarico</u>	Punteggio in 70esimi	Punteggio in 70esimi dopo la riparametrizzazione
NESSUNA OFFERTA	---	---

presidente: dott.ssa Francesca Morabito

Francesca Morabito

componente: dott.ssa Eugenia Barone

Eugenia Barone

componente: sig.ra Elena Sonetti

Elena Sonetti

[Handwritten signature]

Regione Lombardia
ASST
VALTELLINA E ALTO LARIO

Sondrio, 19/03/2018

VERBALE di COMMISSIONE TECNICA

DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALLA FORNITURA DI REATTIVI PER
DOSAGGI IMMUNOCROMATOGRAFICI

Visto che:

- nel disciplinare di gara viene indicata la seguente modalità di aggiudicazione: "ART.2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA: l'aggiudicazione della fornitura in oggetto del presente invito verrà effettuata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa" e si attesta che l'offerta economica avrà un peso di 30/100;
- con titolare 01.06.03 del 08/03/2018 è stata individuata la commissione tecnica di gara incaricata di valutare l'idoneità delle offerte ed attribuire i punteggi tecnici;
- la documentazione tecnica è stata trasmessa in forma telematica al Presidente della Commissione Tecnica;
- la consegna della campionatura di gara è stata effettuata direttamente al Laboratorio Analisi del presidio di Sondrio.

Alle ore 9:00 del 19 marzo 2018 ha luogo, presso la sede dell'A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario in Sondrio Via Stelvio n. 25, la prima seduta di commissione tecnica della procedura di gara relativa alla fornitura di reattivi per dosaggi immunocromatografici.

Sono presenti alla seduta i componenti di Commissione Tecnica così composta:

presidente: **dott.ssa Francesca Morabito** – Dirigente Biologo S.C. Laboratorio Analisi Sondrio – A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario;

componente: **dott.ssa Eugenia Barone** – Dirigente Biologo S.C. Laboratorio Analisi Sondrio – A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario;

componente: **sig.ra Elena Sonetti** – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico S.C. Laboratorio Analisi Sondrio – A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario.

Si procede in via preliminare alla compilazione delle dichiarazioni su incompatibilità, astensione e conflitto di interesse per la nomina a presidente/componente di Commissione giudicatrice di gara.

La Commissione Tecnica determina che il criterio di valutazione sarà quello previsto dal regolamento di gara senza alcuna ulteriore modifica.

ES. 

La Commissione Tecnica procede ad analizzare la documentazione tecnica inviata ed evidenzia che sono risultate idonee e quindi ammesse alle successive fasi di gara le seguenti offerte:

Lotto 1 - Kit Legionella antigene, ricerca nelle urine: BIOHIT HEALTHCARE SRL, RELAB SRL, DASIT SPA, MASCIA BRUNELLI SPA, BIOSIGMA SRL, MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE, DID SPA, ALIFAX SRL, BETA DIAGNOSTICI SAS, SERVIZI DIAGNOSTICI SRL, THERMO FISHER DIAGNOSTICI SPA

Lotto 2 - Kit Pneumococco antigene, nelle urine: RELAB SRL, DASIT SPA, MASCIA BRUNELLI SPA, MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE, DID SPA, ALIFAX SRL, BETA DIAGNOSTICI SAS, SERVIZI DIAGNOSTICI SRL

Lotto 3 - Kit Virus Respiratorio Sinciziale, ricerca: MASCIA BRUNELLI SPA, BETA DIAGNOSTICI SAS

Lotto 4 - Kit Rotavirus/Adenovirus/Norovirus, ricerca contemporanea nelle feci: MASCIA BRUNELLI SPA

Lotto 5 - Kit Giardia/Cryptosporidium, ricerca contemporanea nelle feci: MASCIA BRUNELLI SPA, BETA DIAGNOSTICI SAS

Lotto 6 - Kit Clostridium difficile, ricerca contemporanea tossina A/B nelle feci: DASIT SPA, MASCIA BRUNELLI SPA, BIOSIGMA SRL, MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE, DID SPA, BETA DIAGNOSTICI SAS, THERMO FISHER DIAGNOSTICI SPA

Lotto 7 - Kit ricerca Helicobacter pylori nelle feci: MASCIA BRUNELLI SPA, DID SPA, MEDIMAR SRL, BETA DIAGNOSTICI SRL, EUROSPITAL SPA

Lotto 8 - Kit ricerca rapida parassita malarico: NESSUNA OFFERTA

Alle ore 13:00 la Commissione sospende i lavori per la pausa pranzo.

Alle ore 14:00 la Commissione riprende i lavori e verifica la campionatura: esclude, per il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche indispensabili, le seguenti offerte:

Lotto 2 - Kit Pneumococco antigene, nelle urine: ALIFAX SRL (assenza di controllo negativo).


Lotto 6 - Kit Clostridium difficile, ricerca contemporanea tossina A/B nelle feci: DID SPA (assenza di controllo negativo).

Lotto 7 - Kit ricerca Helicobacter pylori nelle feci: DID SPA (assenza di controlli), MEDIMAR SRL (assenza di controlli), EUROSPITAL SPA (assenza di controlli).

Tutte le altre campionature delle Ditte offerenti sono conformi a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico.

Successivamente la Commissione Tecnica stabilisce le modalità di esecuzione delle prove tecniche: verranno effettuate prove pratiche su campioni della routine (campioni della giornata di esecuzione delle prove oppure conservati, ove possibile). Contestualmente si valuteranno la semplicità d'uso, la chiarezza di lettura, la completezza dei kit e la possibilità di conservare i kit a temperatura ambiente.

Alle ore 15,00 la commissione termina i lavori e rinvia i lavori al 07/12/2018 per la valutazione delle prove effettuate.

E.S. 

presidente: **dott.ssa Francesca Morabito** Francesca Morabito

componente: **dott.ssa Eugenia Barone** Eugenia Barone

componente: **sig.ra Elena Sonetti** Elena Sonetti

ke

**LOTTO 1 KIT LEGIONELLA
BIOHIT HEALTHCARE SRL**

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	1	1	1	1	10
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1	1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	10
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	1	1	1	1	10
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	0,5	0,5	0,5	0,5	5
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0

RELAB SRL

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	0,9	0,9	0,9	0,9	9
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	10

ES
E.S.

6

Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1	1	1	1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	1	1	10
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	1	1	1	1	1	1	10
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	1	1	1	1	1	1	10
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	1	1	1	1	1	1	10

DASIT SPA

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA		PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	0,5	0,5	0,5		0,5	5
Chiarezza di lettura	10	1	1	1		1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1		1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1		1	10

ES

Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10		0	0	0	0	0	0

MASCIA BRUNELLI

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	0,5	0,5	0,5	0,5	5
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	0,5	0,5	0,5	0,5	5
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	10
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	1	1	1	1	10
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	0,6	0,6	0,6	0,6	6
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0

E.S.

AA

o

BIOSIGMA SRL

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	0,3	0,3	0,3	0,3	3
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1	1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	10
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	1	1	1	1	10
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	0,6	0,6	0,6	0,6	6
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0

MERIDIAN

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	0,5	0,5	0,5	0,5	5
Chiarezza di lettura	10	0,5	0,5	0,5	0,5	5

EB

AA
E's.

Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1	1	1	1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	1	1	10
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	1	1	1	1	1	1	10
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	7
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0	0	0

DID

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	COMMISSARIO	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	4
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1	1	1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	1	10





E.S.-



Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	1	1	1	1	1	1	10
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	8
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	1	1	1	1	1	1	10

ALIFAX

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	COMMISSARIO	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	1	1	1	1	1	10
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1	1	1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	1	10
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	1	1	1	1	1	10
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0	0

ES

ES

AA

o

BETA

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1	1	1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	1	10
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	1	1	1	1	1	10
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	6
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5

SERVIZI DIAGNOSTICI

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	1	10



 E.S.





Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1	1	1	1	1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	1	1	1	10
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	1	1	1	1	1	1	1	10
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	6
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0	0	0	0

THERMO FISHER

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	COMMISSARIO MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	0,5	0,5	0,5	0,5	5
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1	1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	10

Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	1	1	1	1	1	1	10
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	7
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0	0	0




E.S.

**LOTTO 2 KIT PNEUMOCOCCO
RELAB**

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	1	1	1	1	10
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1	1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	10
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	1	1	1	1	10
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	1	1	1	1	10
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	1	1	1	1	10

ES
AA
EB

DASIT

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	1	1	1	1	10
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1	1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	10
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	0,5	0,5	0,5	0,5	5
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	0,1	0,1	0,1	0,1	1
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0

MASCIA

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	1	1	1	1	10

E.S.




Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	1	10
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	7
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	6
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0	0

MERIDIAN

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	0,5	0,5	0,5	0,5	5
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	0,5	0,5	0,5	0,5	5





E.S.

Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	1	10
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	7
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	6
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0	0

DID

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	1	1	1	1	10
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1	1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	10

pe

SS

E.S.

Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	1	1	1	1	1	10
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	1	1	1	1	1	10

BETA

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	1	1	1	1	10
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1	1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	10
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	0,6	0,6	0,6	0,6	6
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	0,6	0,6	0,6	0,6	6




E.S.

Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5
---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

SERVIZI DIAGNOSTICI

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	1	1	1	1	10
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	0,5	0,5	0,5	0,5	5
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	10
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	0,7	0,7	0,7	0,7	7
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	0,1	0,1	0,1	0,1	1
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0

E.S.

**LOTTO 3 KIT VIRUS RESPIRATORIO
MASCIA**

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	1	1	1	1	10
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	0,5	0,5	0,5	0,5	5
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	10
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	1	1	1	1	10
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	1	1	1	1	10




Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---	---	---	---

BETA

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	1	1	1	1	10
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1	1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	10
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	1	1	1	1	10
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	1	1	1	1	10

A
B

E.S.

Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---	---	---	---

[Handwritten signature]

S.S.-

[Handwritten signature]

**LOTTO 4 KIT ROTAVIRUS/ADENOVIRUS/NOROVIRUS
MASCIA**

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBIL E	COMMISSARI O A	COMMISSARI O B	COMMISSARI O C	COMMISSARI O D	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	0	0	0	0	0	0
Chiarezza di lettura	10	0	0	0	0	0	0
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1	1	1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	1	10
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	1	1	1	1	1	10
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	0	0	0	0	0	0
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0	0



E.S.


**LOTTO 5 KIT GIARDIA
MASCIA**

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	1	1	1	1	10
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1	1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	10
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	1	1	1	1	10
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	1	1	1	1	10
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0

E.S.
ES

R

BETA

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	1	1	1	1	10
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1	1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	10
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	1	1	1	1	10
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	0	0	0	0	0
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0

E.S.

**LOTTO 6 KIT CLOSTRIDIUM
DASIT**

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	1	1	1	1	10
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1	1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	0,5	0,5	0,5	0,5	5
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	0,7	0,7	0,7	0,7	7
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	0,7	0,7	0,7	0,7	7
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0

Handwritten signature and initials
E.S.

Handwritten signature

MASCIA

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	1	1	1	1	10
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1	1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	10
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	1	1	1	1	10
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	1	1	1	1	10
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0

ES-


BIOSIGMA

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	0,5	0,5	0,5	0,5	5
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	0,5	0,5	0,5	0,5	5
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	10
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	1	1	1	1	10
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	0,1	0,1	0,1	0,1	1
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0

MERIDIAN

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	0,5	0,5	0,5	0,5	5


 E.S.



Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	1	1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	0	0	0	0	0	0	0
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	9
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0	0	0

BETA

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	COMMISSARIO	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	1	1	1	1	1	10
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	1	10

es-

Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1	1	1	1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	1	1	1	1	1	1	10
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	1	1	1	1	1	1	10
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0	0	0

THERMO

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	COMMISSARIO	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	1	10

B's-

Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1	1	1	1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	0	0	0	0	0	0	0
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	7
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0	0	0

ES

**LOTTO 7 HELICOBACTER
MASCIA**

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	1	1	1	1	10
Chiarezza di lettura	10	1	1	1	1	10
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1	1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	10
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	1	1	1	1	10
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	1	1	1	1	10
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0



ES-


BETA

	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	PUNTEGGIO
Semplicità d'uso	10	1	1	1	1	10
Chiarezza di lettura	10	0,7	0,7	0,7	0,7	7
Completezza del Kit (presenza di tutti i materiali necessari per l'esecuzione del test)	10	1	1	1	1	10
Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti)Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)	10	1	1	1	1	10
Sensibilità e specificità dichiarate dalla ditta fornitrice	10	1	1	1	1	10
Prova pratica su campioni della routine (campioni della giornata oppure conservati, ove possibile)	10	0,6	0,5	0,6	0,6	6
Possibilità di evoluzione futura a lettura automatica dei test rapidi per eliminare la soggettività della lettura	10	0	0	0	0	0

E.S.



UOC Approvvigionamenti

VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE **GARA RELATIVA ALLA FORNITURA DI REATTIVI PER DOSAGGI** **IMMUNOCROMATOGRAFICI**

-----0000000-----

In data 1 febbraio 2019 alle ore 10.30 presso la UOC Approvvigionamenti si è proceduto all'apertura dell'offerta economica pervenuta per la gara in oggetto.

Hanno presenziato all'operazione di apertura dei pieghi della documentazione economica:

il Dott. Renato Paroli - Direttore ad interim UOC Approvvigionamenti - Responsabile Unico Procedimento - nella funzione di Presidente,

la Dott.ssa Elisa Fogagnoli - Collaboratore Amm.vo UOC Approvvigionamenti in qualità di segretario e

la Sig.ra Giovanna Leusciatti - Assistente Amm.vo UOC Approvvigionamenti in qualità di teste.

Per le Società non è presente alcun rappresentante.

Si precisa che nei criteri di attribuzione dei punteggi, è stato erroneamente indicato il punteggio minimo di 5 per ogni voce. Tale dicitura peraltro risulta in contrasto con la voce 4 della griglia di valutazione "Conservazione del kit a temperatura ambiente (10 punti) Necessità di conservazione del kit a temperatura di frigorifero (0 punti)".

Si precisa inoltre che non viene indicato il punteggio minimo di 5 a pena esclusione.

Alla luce di ciò verrà considerato quale minimo solamente il punteggio complessivo di 35/70 e non invece per singola voce.

Dai verbali della Commissione Tecnica è emerso quanto segue:

LOTTO 1 – KIT LEGIONELLA ANTIGENE

DITTA	PUNTEGGIO
BIOHIT HEALTHCARE SRL	55
RELAB SRL	69
DASIT SPA	43
MASCIA BRUNELLI SPA	46
BIOSIGMA SRL	49
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE	47
DID SPA	62
ALIFAX SRL	55
BETA DIAGNOSTICI SAS	56
SERVIZI DIAGNOSTICI SRL	49
THERMO FISHER DIAGNOSTICI SPA	52

**LOTTO 2 – KIT PNEUMOCOCCO ANTIGENE**

DITTA	PUNTEGGIO
RELAB SRL	70
DASIT SPA	46
MASCIA BRUNELLI SPA	48
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE	43
DID SPA	65
BETA DIAGNOSTICI SAS	57
SERVIZI DIAGNOSTICI SRL	43

La ditta Alifax Srl viene esclusa per la mancanza di controlli negativi, requisito tecnico indispensabile.

LOTTO 3 – KIT VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE

DITTA	PUNTEGGIO
MASCIA BRUNELLI SPA	55
BETA DIAGNOSTICI SAS	60

LOTTO 4 – KIT ROTAVIRUS/ADENOVIRUS/NOROVIRUS

DITTA	PUNTEGGIO
MASCIA BRUNELLI SPA	30 – NON IDONEO

LOTTO 5 – KIT GIARDIA/CRYPTOSPORIDIUM

DITTA	PUNTEGGIO
MASCIA BRUNELLI SPA	60
BETA DIAGNOSTICI SAS	45

LOTTO 6 – KIT CLOSTRIDIUM DIFFICILE

DITTA	PUNTEGGIO
DASIT SPA	49
MASCIA BRUNELLI SPA	60
BIOSIGMA SRL	41
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE	30 – NON IDONEO
BETA DIAGNOSTICI SAS	55
THERMO FISHER DIAGNOSTICI SPA	30 – NON IDONEO



La ditta DID Spa viene esclusa per la mancanza di controlli negativi, requisito tecnico indispensabile.

LOTTO 7 – KIT RICERCA HELICOBACTER PYLORI

DITTA	PUNTEGGIO
MASCIA BRUNELLI SPA	60
BETA DIAGNOSTICI SAS	53

Le ditte DID Spa, MEDIMAR SRL, EUROSPITAL SPA vengono esclusa per la mancanza di controlli negativi, requisito tecnico indispensabile.

LOTTO 8 – KIT RICERCA RAPIDA PARASSITA MALARICO

NESSUN OFFERTA

Le offerte economiche sono allegare al presente verbale quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

I punteggi economici sono i seguenti:

LOTTO 1 – KIT LEGIONELLA ANTIGENE

DITTA	PUNTEGGIO
BIOHIT HEALTHCARE SRL	18,39
RELAB SRL	16,36
DASIT SPA	15,83
MASCIA BRUNELLI SPA	30,00
BIOSIGMA SRL	16,29
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE	19,00
DID SPA	13,41
ALIFAX SRL	13,57
BETA DIAGNOSTICI SAS	25,62
SERVIZI DIAGNOSTICI SRL	16,52
THERMO FISHER DIAGNOSTICI SPA	16,29

LOTTO 2 – KIT PNEUMOCOCCO ANTIGENE

DITTA	PUNTEGGIO
RELAB SRL	14,41
DASIT SPA	25,00
MASCIA BRUNELLI SPA	30,00
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE	25,71
DID SPA	18,00
BETA DIAGNOSTICI SAS	26,67



SERVIZI DIAGNOSTICI SRL	18,37
-------------------------	-------

LOTTO 3 – KIT VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE

DITTA	PUNTEGGIO
MASCIA BRUNELLI SPA	30,00
BETA DIAGNOSTICI SAS	27,17

LOTTO 5 – KIT GIARDIA/CRYPTOSPORIDIUM

DITTA	PUNTEGGIO
MASCIA BRUNELLI SPA	30,00
BETA DIAGNOSTICI SAS	28,36

LOTTO 6 – KIT CLOSTRIDIUM DIFFICILE

DITTA	PUNTEGGIO
DASIT SPA	24,53
MASCIA BRUNELLI SPA	29,24
BIOSIGMA SRL	28,30
BETA DIAGNOSTICI SAS	30,00

LOTTO 7 – KIT RICERCA HELICOBACTER PYLORI

DITTA	PUNTEGGIO
MASCIA BRUNELLI SPA	27,75
BETA DIAGNOSTICI SAS	30,00

I punteggi complessivi sono i seguenti:

LOTTO 1 – KIT LEGIONELLA ANTIGENE

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
BIOHIT HEALTHCARE SRL	55,80	18,39	74,19
RELAB SRL	70,00	16,36	86,36
DASIT SPA	43,62	15,83	59,45
MASCIA BRUNELLI SPA	46,67	30,00	76,67
BIOSIGMA SRL	49,71	16,29	66,00
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE	47,68	19,00	66,68
DID SPA	62,90	13,41	76,31
ALIFAX SRL	55,80	13,57	69,37
BETA DIAGNOSTICI SAS	56,81	25,62	82,43
SERVIZI DIAGNOSTICI SRL	49,71	16,52	66,23
THERMO FISHER DIAGNOSTICI SPA	52,75	16,29	69,04

**LOTTO 2 – KIT PNEUMOCOCCO ANTIGENE**

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
RELAB SRL	70,00	14,41	84,41
DASIT SPA	46,00	25,00	71,00
MASCIA BRUNELLI SPA	48,00	30,00	78,00
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE	43,00	25,71	68,71
DID SPA	65,00	18,00	83,00
BETA DIAGNOSTICI SAS	57,00	26,67	83,67
SERVIZI DIAGNOSTICI SRL	43,00	18,37	61,37

LOTTO 3 – KIT VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
MASCIA BRUNELLI SPA	64,17	30,00	94,17
BETA DIAGNOSTICI SAS	70,00	27,17	97,17

LOTTO 5 – KIT GIARDIA/CRYPTOSPORIDIUM

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
MASCIA BRUNELLI SPA	70,00	30,00	100,00
BETA DIAGNOSTICI SAS	58,33	28,36	86,69

LOTTO 6 – KIT CLOSTRIDIUM DIFFICILE

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
DASIT SPA	57,16	24,53	81,69
MASCIA BRUNELLI SPA	70,00	29,24	99,24
BIOSIGMA SRL	47,83	28,30	76,13
BETA DIAGNOSTICI SAS	64,16	30,00	94,16

**LOTTO 7 – KIT RICERCA HELICOBACTER PYLORI**

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
MASCIA BRUNELLI SPA	70,00	27,75	97,75
BETA DIAGNOSTICI SAS	61,83	30,00	91,83

Il Presidente dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore di:

LOTTO 1 – KIT LEGIONELLA ANTIGENE

RELAB SRL

LOTTO 2 – KIT PNEUMOCOCCO ANTIGENE

RELAB SRL

LOTTO 3 – KIT VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE

BETA DIAGNOSTICI SAS

LOTTO 5 – KIT GIARDIA/CRYPTOSPORIDIUM

MASCIA BRUNELLI SPA

LOTTO 6 – KIT CLOSTRIDIUM DIFFICILE

MASCIA BRUNELLI SPA

LOTTO 7 – KIT RICERCA HELICOBACTER PYLORI

MASCIA BRUNELLI SPA

L'aggiudicazione definitiva avverrà a conclusione degli accertamenti inerenti il possesso, da parte degli aggiudicatari, dei requisiti previsti dal D. Lgs. 50/2016.

La seduta ha termine alle ore 12:15

Letto e confermato, si sottoscrive.

IL SEGRETARIO

Elisa Fogagnoli

IL TESTE

Giovanna Lasciatti

IL PRESIDENTE

Renate Paroli



**GARA RELATIVA ALLA FORNITURA DI REATTIVI PER DOSAGGI
IMMUNOCROMATOGRAFICI**

VERBALE DI ACCERTAMENTO DEL GIUSTIFICATIVO DELL'OFFERTA ANOMALA

Premesso che:

- in data 01 febbraio 2019 si è proceduto all'apertura delle offerte economiche della gara in oggetto e contestualmente si è provveduto a redigere il relativo verbale;
- in data 04/02/2019 tramite piattaforma Sintel sono state richieste alle società Relab Srl, Beta Diagnostici Sas e Mascia Brunelli Spa, le giustificazioni in merito all'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. 50/2016;
- tramite piattaforma Sintel le società sopra citate hanno provveduto a trasmettere le proprie giustificazioni.

Il RUP, a seguito di un'analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui è formato il giustificativo, ritiene l'offerta rispondente sia alla realtà del mercato.

La verifica è risultata pertanto positiva.

Sondrio, 11 febbraio 2019

**IL RUP
DR. RENATO PAROLI**

