



## UOC Approvvigionamenti

## V E R B A L E

**DELLA PROCEDURA PER LA FORNITURA DI LAMINOTOMI KERRISON**

-----000000-----

Alle ore 10.00 del 04.06.2018 ha luogo, presso la sede dell'ASST Valtellina e Alto Lario, in Sondrio, Via Stelvio n. 25, l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e tecnica della procedura per la fornitura di laminotomi Kerrison.

Presenziano all'operazione di Apertura pieghi documentazione amministrativa il Direttore UOC Approvvigionamenti Dr. Renato Paroli – Responsabile Unico Procedimento - nella funzione di Presidente, la Dott.ssa Elisa Fogagnoli - Collaboratore UOC Approvvigionamenti in qualità di segretario e Valentina Tè – Assistente Amministrativo UOC Approvvigionamenti in qualità di teste. Per le Società sono presenti:

Crimo Italia Srl – Sig. Daniele Calvi.

Il Termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito entro le ore 16.00 del 07.05.2018.

Entro tale data sono pervenute le offerte delle Società:

Numero Protocollo Informatico	Fornitore	Modalità di partecipazione
1526639378474	Carlo Bianchi srl 01629650167	Forma singola
1526627708248	Crimo Italia s.r.l 01922280548	Forma singola
1526560440792	BONESCHI & C. 01659320152	Forma singola
1526478159923	Biocommerciale S.r.l 02129190373	Forma singola

Si procede all'apertura delle **BUSTE AMMINISTRATIVE** e a riscontrarne il contenuto, come di seguito specificato:

DOCUMENTAZIONE	CARLO BIANCHI	CRIMO ITALIA	BONESCHI	BIOCOMMERCIALE
dichiarazione di accettazione di tutta la documentazione di gara, compreso il patto di integrità	X	X	X	X
schema offerta privo di prezzi	X	X	X	X
allegati dal 2 al 6;	X	X	X	X
tracciabilità dei flussi finanziari	X	X	X	X
dichiarazione di aver inviato la campionatura entro il termine di	X	X	X	X



scadenza di presentazione delle offerte				
cauzione provvisoria pari al 2% del base d'asta, pari ad € 2.080,00 riducibile del 50% come previsto dal D.Lgs. 50/2016 con le relative certificazioni	X	X	X	X
pagamento del CIG 7464707715 dell'importo di € 20,00	X	X	X	X

Il riscontro della documentazione amministrativa è positivo.

Si procede all'apertura delle **BUSTE TECNICHE** e a riscontrarne il contenuto, come di seguito specificato:

DOCUMENTAZIONE	CARLO BIANCHI	CRIMO ITALIA	BONESCHI	BIOCOMMERCIALE
descrizione tecnica di tutti i prodotti offerti, in particolare precisando: - resistenza alla sterilizzazione (e numero di sterilizzazioni) e utilizzo con mantenimento dell'affilatura. - ergonomia. - facilità di smontaggio, - servizio assistenza e manutenzione (affilatura). - confezionamento ed etichettatura	X	X	X	X

Il riscontro della documentazione tecnica è positivo.

La seduta ha termine alle ore 10:30  
Letto e confermato, si sottoscrive.

**IL SEGRETARIO**

Elisa Fogagnoli

**IL TESTE**

Valentina Tè

**IL PRESIDENTE**

Renato Paroli



**VERBALE N. 2**  
**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI LAMINOTOMI**  
**KERRISON**

In data 20/07/2018, alle ore 15:00, la commissione di valutazione si è riunita nell'aula biblioteca della Chirurgia Generale del padiglione nord del Presidio ospedaliero di Sondrio.

Nella stessa data la commissione ha preso ulteriore visione dei campioni messi a disposizione.

In virtù di quanto appreso in sede di visione, di quanto verificato nelle prove pratiche e di quanto descritto nella documentazione tecnica messa a disposizione di ciascun valutatore, la commissione esprime, come di seguito indicato, le proprie considerazioni ed attribuisce il punteggio tecnico secondo quanto stabilito dal regolamento di gara.

Le offerte rispondono a quanto richiesto nel capitolato tecnico e quindi la commissione di valutazione procede con l'attribuzione del punteggio tecnico qualitativo.

Commissario A      Laura Santi  
Commissario B      Stefania Tognini  
Commissario C      Claudio Cecchini

**Laminotomi di Kerrison:**

Biocommerciale srl	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	RIPARAMETRATO
1. Resistenza alla sterilizzazione e utilizzo con mantenimento dell'affilettatura	0,50	0,50	0,50	0,50	15
2. Ergonomia del sistema	0,30	0,40	0,40	0,37	7,33
3. Facilità di smontaggio	0,40	0,30	0,30	0,33	3,33
4. Assistenza e manutenzione (affilatura)	0,80	0,80	0,80	0,80	4
5. Confezionamento e etichettatura	0,80	0,80	0,80	0,80	4
TOTALE					33,66



<b>Boneschi &amp; C spa</b>	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	RIPARAMETRATO
1. Resistenza alla sterilizzazione e utilizzo con mantenimento dell'affilettatura	0,90	0,90	0,90	0,90	27
2. Ergonomia del sistema	1,00	0,90	0,90	0,93	18,67
3. Facilità di smontaggio	0,90	1,00	1,00	0,97	9,67
4. Assistenza e manutenzione (affilatura)	0,80	0,80	0,80	0,80	4
5. Confezionamento e etichettatura	0,80	0,80	0,80	0,80	4
<b>TOTALE</b>					<b>63,34</b>

<b>Carlo Bianchi</b>	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	RIPARAMETRATO
1. Resistenza alla sterilizzazione e utilizzo con mantenimento dell'affilettatura	0,90	0,90	0,90	0,90	27
2. Ergonomia del sistema	1,00	0,90	0,90	0,93	18,67
3. Facilità di smontaggio	0,90	1,00	1,00	0,97	9,67
4. Assistenza e manutenzione (affilatura)	0,80	0,80	0,80	0,80	4
5. Confezionamento e etichettatura	0,80	0,80	0,80	0,80	4
<b>TOTALE</b>					<b>63,34</b>

<b>CRIMO</b>	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	RIPARAMETRATO
1. Resistenza alla sterilizzazione e utilizzo con mantenimento dell'affilettatura	0,60	0,60	0,60	0,60	18
2. Ergonomia del sistema	0,40	0,40	0,40	0,4	8
3. Facilità di smontaggio	0,50	0,40	0,40	0,43	4,33
4. Assistenza e manutenzione (affilatura)	0,80	0,80	0,80	0,80	4
5. Confezionamento e etichettatura	0,80	0,80	0,80	0,80	4
<b>TOTALE</b>					<b>38,33</b>



La seduta di valutazione si conclude alle ore 17,00

Letto e confermato, si sottoscrive.  
Sondrio, 20/07/2018

Dirigente Medico  
UOC Neurochirurgia

Dottoressa Laura Santi

Coordinatore infermieristico  
Blocco Operatorio

Stefania Tognini

Direttore f.f. Ingegneria  
Clinica

Dottor Claudio Cecchini



## UOC Approvvigionamenti

### VERBALE

#### DELLA PROCEDURA PER LA FORNITURA DI LAMINOTOMI KERRISON

-----oooOooo-----

Alle ore 10.00 del 06.09.2018 ha luogo, presso la sede dell'ASST Valtellina e Alto Lario, in Sondrio, Via Stelvio n. 25, l'apertura delle buste contenenti la documentazione economica della procedura per la fornitura di laminotomi Kerrison.

Presenziano all'operazione di Apertura pieghi documentazione amministrativa il Direttore UOC Approvvigionamenti Dr. Renato Paroli - Responsabile Unico Procedimento - nella funzione di Presidente, la Dott.ssa Elisa Fogagnoli - Collaboratore UOC Approvvigionamenti in qualità di segretario e la Dott.ssa Carmen Zubiani - Collaboratore UOC Approvvigionamenti in qualità di teste.

Per le Società sono presenti:

Crimo Italia Srl - Sig. Daniele Calvi  
Carlo Bianchi Srl – Sig. Massimiliano Bosisio  
Boneschi &C. – Sig. Marco Sangiovanni  
Biocommerciale Srl – nessuno.

In data 04/06/2018 si è proceduto all'apertura delle offerte amministrative e tecniche.

Con nota prot. n. 27114 del 13/06/2018 è stata individuata la Commissione Giudicatrice così composta:

- Dott.ssa Laura Santi – Dirigente medico Neurochirurgia
- Sig.ra Stefania Tognini – Coordinatore Infermieristico Blocco Operatorio
- Ing. Claudio Cecchini – Direttore f.f. Ingegneria Clinica.

Dai verbali della Commissione Giudicatrice è emerso quanto segue:

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO
BIOCOMMERCIALE SRL	33,66
BONESCHI&C SPA	<b>63,34</b>
CARLO BIANCHI SRL	<b>63,34</b>
CRIMO	38,33

Nella lettera d'invito è precisato che *“le ditte che in sede di valutazione tecnico-qualitativa non avranno raggiunto un punteggio minimo di 40/70 prima della riparametrazione verranno considerate non idonee e pertanto non verranno ammesse alla fase successiva della gara”*.

In considerazione di quanto sopra riportato, le ditte Biocommerciale Srl e Crimo vengono escluse



dalla gara.

A seguito della riparametrazione, alle società Boneschi&C Spa e Carlo Bianchi Srl viene attribuito un punteggio di 70.

Si procede quindi all'apertura economica delle offerte:

DESCRIZIONE	QUANT. ANNUI	BASE D'ASTA IVA ESCL.	BASE D'ASTA ANNUALE IVA ESCL.	BASE D'ASTA BIENNALE IVA ESCL.	PREZZO UNIT. OFF. IVA ESCL. BON	IMP. ANN. OFF. IVA ESCL. BON	IMP. BIENN. IVA ESCL. BON.	PREZZO UNIT. OFF. IVA ESCL. CB	PREZZO ANN. OFF. IVA ESCL. CB	PREZZO BIENN. IVA ESCL. CB
PINZE IN ACCIAIO CON ANGOLO DI TAGLIO DI 40° DI LUNGHEZZA DI CIRCA 200 MM PER USO LOMBARE E DI CIRCA 175 MM PER USO CERVICALE. LARGHEZZE 1, 2, 3,4, 5 MM	50	€ 1.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 800,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 863,10	€ 43.155,00	€ 86.310,00
ASSISTENZA E MANUTENZIONE (AFFILATURA)	20	€ 100,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 47,60	€ 952,00	€ 1.904,00	€ 68,00	€ 1.360,00	€ 2.720,00
<b>TOTALE</b>				€ 104.000,00						€ 81.904,00

I punteggi economici sono i seguenti:

DITTA	PUNTEGGIO ECONOMICO
BONESCHI&C SPA	30
CARLO BIANCHI SRL	27,60

I punteggi complessivi sono pertanto:

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
BONESCHI&C SPA	70	30	100
CARLO BIANCHI SRL	70	27,60	97,60



La proposta di aggiudicazione è in favore della ditta Boneschi&C. Spa

La seduta ha termine alle ore 10:30

Letto e confermato, si sottoscrive.

**IL SEGRETARIO**

Elisa Fogagnoli

**IL TESTE**

Carmen Zubiani

**IL PRESIDENTE**

Renato Paroli