

Regione Lombardia  
**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE  
DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO**  
S.C. Provveditorato

VERBALE

DELLA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI TERMOMETRI CLINICI ED UNITA' MOBILI DI MONITORAGGIO PARAMETRI VITALI.

Visto che:

- con delibera n. 735 del 03/11/2017 è stata indetta procedura aperta gestita in forma aggregata finalizzata all'affidamento dei contratti di fornitura di termometri clinici ed unità mobili di monitoraggio parametri vitali occorrenti alle A.S.S.T.: Valtellina e Alto Lario, Lecco, Sette Laghi, Lariana;
- tramite piattaforma Sintel di Regione Lombardia è stata attivata la procedura di gara n. 90764924 con scadenza presentazione offerta 18/12/2017 ore 18:00;

Alle ore 11,00 del giorno 20 dicembre 2017 ha luogo, presso la sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario in Sondrio Via Stelvio n. 25, l'esperimento della procedura di gara finalizzata all'affidamento dei contratti come indicato in oggetto.

Sono presenti alla seduta:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Renato Paroli   | Responsabile unico del procedimento - Direttore U.O.C. Approvvigionamenti – Presidente; |
| Davide Volonte' | Collaboratore U.O.C. Approvvigionamenti – Segretario;                                   |
| Guido Agostini  | Collaboratore U.O.C. Approvvigionamenti - Teste.  |

Si dichiara aperta la seduta e si accede alla piattaforma Sintel richiamando la procedura in oggetto.

Si precisa che entro il termine ultimo del 18/12/2017 sono pervenute tramite piattaforma telematica i plichi elettronici delle seguenti ditte:

- 1 – Benefis Srl;
- 2 – CEA Spa;
- 3 – Medisize Italia Srl;

Si procede all'apertura dei plichi ed al controllo della documentazione richiesta in osservanza del regolamento di gara e degli altri documenti di procedura.

Si procede all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, al riscontro del contenuto ed alla verifica della regolarità documentale secondo le indicazioni riportate nel regolamento di gara e nei documenti ad esso allegati.

L'esito degli accertamenti, con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione, risulta positivo per tutte le ditte.

Si rileva che la busta amministrativa è unica (definita quindi busta multi lotto) mentre per ogni lotto individuato le ditte devono caricare specifica offerta tecnica ed economica.

Si procede quindi all'apertura della fase tecnica e si individua che, per ciascun Lotto, le offerte pervenute sono le seguenti:

Lotto 1 – Apparecchio per la rilevazione della temperatura corporea e relativi consumabili monouso, ditte offerenti: CEA Spa, Medisize Italia Srl;

Lotto 2 – Termometro a contatto / sfioramento, ditte offerenti: nessuna;

Lotto 3 - Termometro con sonda esterna elettronica, ditte offerenti: nessuna;

Lotto 4 - Unità mobile di monitoraggio di parametri vitali, ditte offerenti: nessuna;

Lotto 5 – Termometro al gallio; ditte offerenti: CEA Spa, Benefis Srl;

Si dichiarano deserti i Lotto 2, 3 e 4.

Si procede quindi all'apertura ed al controllo della documentazione tecnica presentata dalle ditte per i Lotto 1 e 5. I file, firmati digitalmente e caricati su piattaforma Sintel risultano leggibili.


Si dispone che la documentazione tecnica presentata della ditte offerenti per i Lotti 1 e 5, venga inoltrata al presidente della commissione giudicatrice al fine dell'attribuzione del punteggio come da regolamento di gara.

La seduta di gara termina alle ore 12,00.


*(Davide Volontè)*



*(Guido Agostini)*



**Il Responsabile unico del Procedimento**  
*(dott. Renzo Paroli)*





## VERBALE N. 1

### PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI TERMOMETRI CLINICI ED UNITA' MOBILE DI MONITORAGGIO PARAMENTRI VITALI

La Commissione costituita come previsto dal protocollo 6138 del 06.02.2018 risulta composta da:

- Presidente: Collaboratore Tecnico Professionale UOC Ingegneria Clinica – ing. Elisa Morabito;
- Componente: Dirigente Farmacista ASST Lariana – Dottoressa Sabrina Butti;
- Componente: Coordinatore infermieristico ASST Sette Laghi – Dottoressa Renata Moroso.

La commissione di valutazione si riunisce in data odierna, alle ore 10:00, presso la UOC Approvvigionamenti, nell'ufficio messo a disposizione dal responsabile del provveditorato della ASST Valtellina e Alto Lario.

I commissari acquisiscono tutta la documentazione tecnica raccolta dalla UOC Approvvigionamenti.

La commissione prende atto che sono state presentate le seguenti offerte:

- Lotto 1 : CEA Spa e Medisizime Italia srl;
- Lotto 2 : nessuna ditta offerente
- Lotto 3 : nessuna ditta offerente
- Lotto 4 : nessuna ditta offerente
- Lotto 5 : CEA spa e Benefis srl.

E' distribuita a ciascun componente della commissione la documentazione tecnica per i lotti per cui sono state presentate offerte e procede collegialmente all'esame della stessa.

La commissione di valutazione inizia l'esame della documentazione tecnica presentata dalle società partecipanti alla procedura di gara per i lotti 1 e 5, in riferimento al capitolato tecnico e al regolamento di gara.

LOTTO 1 Apparecchio per la rilevazione della temperatura corporea e relativi consumabili monouso

#### Offerta della società CEA

La commissione procede a valutare la documentazione tecnica presentata dalla ditta CEA.

I commissari ritengono necessario richiedere alla società CEA da dove si evince nella documentazione tecnica presentata, in particolare nel certificato di conformità, la classe di appartenenza del dispositivo medico offerto.

Si rimanda, per competenza, al RUP la richiesta di approfondimento; la commissione sospende la valutazione della ditta CEA per il lotto 1 in attesa dei chiarimenti.

#### Offerta Medisize Italia srl

La commissione procede a valutare la documentazione tecnica presentata dalla ditta Medisize Italia srl.

I commissari ritengono necessario richiedere alla società Medisize Italia srl di specificare, dove si evince nella documentazione di gara, la gestione della taratura e calibrazione dopo i tre anni di utilizzo al fine di mantenere la sicurezza del e la riproducibilità del dato rilevato. Inoltre si chiede alla ditta di specificare se le funzioni avanzate indicate nella documentazione tecnica sono incluse nell'offerta scheda tecnica " base antifurto di ricarica per Braun Thermoscan PRO 6000" ( pag 1).

Si rimanda, per competenza, al RUP la richiesta di approfondimento; la commissione sospende la valutazione della ditta Medisize Italia srl per il lotto 1 in attesa dei chiarimenti.

#### LOTTO 5 Termometro al gallio Offerta CEA

La commissione procede a valutare la documentazione tecnica presentata dalla ditta CEA.

La documentazione tecnica presentata risulta idonea.

#### Offerta Benefis

La commissione procede a valutare la documentazione tecnica presentata dalla ditta Benefis.

I commissari ritengono necessario richiedere alla società Benefis da dove si evince nella documentazione tecnica presentata, in particolare nel certificato di conformità, la classe di appartenenza del dispositivo medico offerto.

In attesa di risposta si sospende la valutazione finale della ditta Benefis per il lotto 5. in attesa dei chiarimenti richiesti.

La commissione, in attesa dei chiarimenti, decide di sospendere la valutazione della campionatura, presso alcune UOC del PO di Sondrio della ASST Valtellina e Alto Lario.

L'individuazione delle UOC verrà delegata al presidente della commissione.

La commissione chiude la seduta alle ore 13:15.

Letto e confermato, si sottoscrive.

Sondrio, 22/02/2018

C. T. P. UOC Ingegneria  
Clinica

ing. Elisa Morabito




Dirigente Farmacista ASST  
Lariana

Dottorssa Sabrina Butti



Coordinatore infermieristico  
ASST Sette Laghi

Dottorssa Renata Moroso





**VERBALE N. 2**  
**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI**  
**FORNITURA DI TERMOMETRI CLINICI ED UNITA’ MOBILE DI MONITORAGGIO**  
**PARAMENTRI VITALI**

In data 04/06/2018, alle ore 10:15, la commissione di valutazione si è riunita nell'aula biblioteca del padiglione est del Presidio ospedaliero di Sondrio.

Nella stessa data la commissione ha convocato le società offerenti per il lotto, Medisize e CEA, per prendere visione dei campioni messi a disposizione.

Entrambe le società hanno descritto le principali caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo sia del termometro sia della calibrazione.

In virtù di quanto appreso in sede di visione, di quanto descritto nella documentazione tecnica messa a disposizione di ciascun valutatore e di quanto rilevato dagli operatori sanitari in sede di prova della campionatura la commissione esprime, come di seguito indicato, le proprie considerazioni ed attribuisce il punteggio tecnico secondo quanto stabilito dal regolamento di gara.

Le offerte per il Lotto 1 e 5 rispondono a quanto richiesto nel capitolato tecnico e quindi la commissione di valutazione procede con l’attribuzione del punteggio tecnico qualitativo.

**LOTTO 1 Apparecchio per la rilevazione della temperatura corporea e relativi consumabili monouso**

Offerta della società CEA- Genius 2

I termometri timpanici offerti risultano essere abbastanza maneggevoli ed ergonomici, semplici da utilizzare. La rilevazione della temperatura è consentita attraverso la sonda posta sulla sommità del termometro. I termometri hanno alimentazione interna, ovvero tre pile alcaline, che è necessario sostituire attraverso l'utilizzo di cacciavite a stella quando esaurite. Il range di temperature rilevabile 33 - 42 °C rientra nelle caratteristiche richieste da capitolato tecnico di gara. Tuttavia i dispositivi così come il tester di verifica/calibrazione, sono sensibili alle variazioni di temperatura ambientale in quanto il range di temperatura di utilizzo è 22 – 33°C. Inoltre, come riportato a pagina 10 del manuale d'uso del termometro Genius 2, la precisione in seguito alla ricalibrazione eseguita tramite il tester di verifica/calibrazione messo a disposizione per ciascuna ASST o in alternativa presso i laboratori CEA, potrebbe non essere equivalente alla calibrazione di fabbrica.

Offerta Medisize Italia srl – Thermoscan PRO 6000

I termometri timpanici offerti risultano essere semplici da utilizzare, pratici, leggeri e molto maneggevoli. In particolare sono stati apprezzati i coprisonda, morbidi tali da recare minor effetto “traumatico” sul canale auricolare. La tecnologia di rilevazione della temperatura dei dispositivi offerti presenta delle caratteristiche migliorative quali la PerfectTemp e il sensore preriscaldato che ottimizzano il risultato; la rilevazione della temperatura è consentita sia attraverso la sommità del



termometro sia dal cono metallico. E' stata gradita la possibilità di avere a disposizione delle batterie ricaricabili con la stazione di ricarica, oltre all'alimentazione interna con due pile AA. Il range di temperatura rilevabile è ampio, 20 - 42°C consentendo di eseguire rilevazioni anche in particolari condizioni, es. ipotermia. La verifica dei termometri, che non equivale alla calibrazione, è raccomandata almeno una volta l'anno, da eseguirsi con il tester di verifica messo a disposizione per ciascuna ASST o in alternativa presso i laboratori dei fornitori. In caso di necessità di calibrazione, questa verrà eseguita presso la casa produttrice al fine di ottemperare alla norma tecnica EN-12470-5.

### LOTTO 5 Termometro al gallo

Le campionature messe a disposizione dalle società CEA e Benefis sono conformi a quanto richiesto nel capitolato di gara.

Considerando quanto sopra esposto, la commissione procede con l'attribuzione del punteggio tecnico per il Lotto 1 e 5, secondo quanto stabilito nel regolamento di gara.

In particolare, la media delle valutazioni espresse con due cifre decimali da ciascun componente è stata poi moltiplicata per il valore massimo attribuibile.

Commissario A Elisa Morabito

Commissario B Sabrina Butti

Commissario C Renata Moroso

### Lotto 1

| lotto 1 - CEA                              | COMMISSARIO A | COMMISSARIO B | COMMISSARIO C | MEDIA | RIPARAMETRATO |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| par 1 - tecnologia rilevazione temperatura | 0,60          | 0,60          | 0,60          | 0,60  | 15,00         |
| par2 -ergonomia del sistema                | 0,70          | 0,70          | 0,70          | 0,70  | 10,50         |
| par 3 - ciclo di vita delle batterie       | 0,80          | 0,80          | 0,80          | 0,80  | 12,00         |
| par 4 - range temperatura rilevabile       | 0,60          | 0,60          | 0,60          | 0,60  | 9,00          |
| TOTALE                                     |               |               |               |       | 46,50         |

*Handwritten signatures:*

Elisa Morabito (top)

Sabrina Butti (middle)

Renata Moroso (right)





| lotto 1 MEDISIZE                           | COMMISSARIO A | COMMISSARIO B | COMMISSARIO C | MEDIA | RIPARAMETRATO |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| par 1 - tecnologia rilevazione temperatura | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00  | 25,00         |
| par2 -ergonomia del sistema                | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00  | 15,00         |
| par 3 - ciclo di vita delle batterie       | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00  | 15,00         |
| par 4 - range temperatura rilevabile       | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00  | 15,00         |
| TOTALE                                     |               |               |               |       | 70,00         |

**Lotto 5**

| lotto 5- CEA  | COMMISSARIO A | COMMISSARIO B | COMMISSARIO C | MEDIA | RIPARAMETRATO |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| par 1 - tecnologia rilevazione temperatura                      | 0,80          | 0,80          | 0,80          | 0,80  | 20,00         |
| par2 - ergonomia del sistema                                    | 0,80          | 0,80          | 0,80          | 0,80  | 12,00         |
| par 3 - esecuzione delle procedure di rilevazione dei parametri | 0,80          | 0,80          | 0,80          | 0,80  | 12,00         |
| par 4 - Autonomia   | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00  | 15,00         |
| TOTALE  |               |               |               |       | 59,00         |

| lotto 5 BENEFIS   | COMMISSARIO A | COMMISSARIO B | COMMISSARIO C | MEDIA | RIPARAMETRATO |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| par 1 - tecnologia rilevazione temperatura                      | 0,80          | 0,80          | 0,80          | 0,80  | 20,00         |
| par2 - ergonomia del sistema                                    | 0,80          | 0,80          | 0,80          | 0,80  | 12,00         |
| par 3 - esecuzione delle procedure di rilevazione dei parametri | 0,80          | 0,80          | 0,80          | 0,80  | 12,00         |
| par 4 - Autonomia   | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00  | 15,00         |
| TOTALE  |               |               |               |       | 59,00         |



La seduta di valutazione si conclude alle ore 13:45.

La commissione rimanda al RUP la necessità di richiedere i certificati di conformità CE in sede di aggiudicazione per entrambi i lotti.

Letto e confermato, si sottoscrive.  
Sondrio, 04/06/2018

C. T. P. UOC Ingegneria  
Clinica

ing. Elisa Morabito

Dirigente Farmacista ASST  
Lariana

Dottorssa Sabrina Butti

Coordinatore infermieristico  
ASST Sette Laghi

Dottorssa Renata Moroso



**Regione Lombardia**  
**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE**  
**DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO**  
**U.O.C. Approvvigionamenti**

**VERBALE**

**DELLA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI TERMOMETRI CLINICI ED UNITA' MOBILI DI MONITORAGGIO PARAMETRI VITALI.**

Visto che:

- con delibera n. 735 del 03/11/2017 è stata indetta procedura aperta gestita in forma aggregata finalizzata all'affidamento dei contratti di fornitura di termometri clinici ed unità mobili di monitoraggio parametri vitali occorrenti alle A.S.S.T.: Valtellina e Alto Lario, Lecco, Sette Laghi, Lariana;
- tramite piattaforma Sintel di Regione Lombardia è stata attivata la procedura di gara n. 90764924 con scadenza presentazione offerta 18/12/2017 ore 18:00;

Alle ore 11,00 del giorno 30 luglio 2018 ha luogo, presso la sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario in Sondrio Via Stelvio n. 25, l'esperimento della procedura di gara finalizzata all'affidamento dei contratti come indicato in oggetto.

Sono presenti alla seduta:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Renato Paroli   | Responsabile unico del procedimento - Direttore U.O.C. Approvvigionamenti – Presidente; |
| Davide Volonte' | Collaboratore U.O.C. Approvvigionamenti – Segretario;                                   |
| Guido Agostini  | Collaboratore U.O.C. Approvvigionamenti - Teste.  |

Sono presenti alla seduta di gara i rappresentanti delle ditte CEA Spa e Medisize Italia Srl.

Si dichiara aperta la seduta e si accede alla piattaforma Sintel richiamando la procedura in oggetto.

Si precisa che entro il termine ultimo del 18/12/2017 erano pervenuti per il tramite di piattaforma telematica Sintel i plichi elettronici delle seguenti ditte:

- 1 – Benefis Srl;
- 2 – CEA Spa;
- 3 – Medisize Italia Srl;

e che, per ciascun Lotto, le offerte pervenute erano le seguenti:

Lotto 1 – Apparecchio per la rilevazione della temperatura corporea e relativi consumabili monouso, ditte offerenti: CEA Spa, Medisize Italia Srl;

Lotto 2 – Termometro a contatto / sfioramento, lotto deserto;

Lotto 3 - Termometro con sonda esterna elettronica, lotto deserto;

Lotto 4 - Unità mobile di monitoraggio di parametri vitali, lotto deserto;

Lotto 5 – Termometro al gallio, ditte offerenti: CEA Spa, Benefis Srl;

Il presidente dà lettura del verbale del 04/06/2018 di attribuzione dei punteggi tecnici. Si procede per ogni singolo Lotto a dare lettura dei punteggi attribuiti, caricandoli a sistema. Si prende visione della tabella e, verificata la correttezza dei dati caricati a sistema, si attiva l'apertura delle offerte economiche. Si procede inoltre all'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio.

Lotto 1 – Apparecchio per la rilevazione della temperatura corporea e relativi consumabili monouso:

CEA Spa – punteggio tecnico: 46,50;  
Medisize Italia Srl – punteggio tecnico: 70,00;

CEA Spa – prezzo totale offerto: euro 241.822,50;  
Medisize Italia Srl – prezzo totale offerto: euro 322.430,00;

CEA Spa – punteggio economico: 30,00;  
Medisize Italia Srl – punteggio economico: 22,50;

CEA Spa – punteggio totale: 76,50;  
Medisize Italia Srl – punteggio totale: 92,50;

Aggiudicatario provvisorio Lotto 1: MEDISIZE ITALIA SRL.

Lotto 5 – Termometro al gallio:

CEA Spa – punteggio tecnico: 59,00;  
Benefis Srl – punteggio tecnico: 59,00;

CEA Spa – prezzo totale offerto: euro 3.405,00;  
Benefis Srl – prezzo totale offerto: euro 3.255,00;

CEA Spa – punteggio economico: 28,68;  
Benefis Srl – punteggio economico: 30,00;

CEA Spa – punteggio totale: 87,68;  
Benefis Srl – punteggio totale: 89,00;

Aggiudicatario provvisorio Lotto 5: BENEFIS SRL.

La seduta di gara, termina alle ore 11,55.

  
(Davide Volontè)

  
(Guido Agostini)

  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
(dott. Renato Paroli)

DITTA OFFERENTE: Benefis s.r.l. - Via Giulio. 14 - 16165 Genova - P. IVA e C.F. 02790240101  
 PRODUTTORE: Generaltherm Medical AG - Germania;  
 PRODOTTO OFFERTO: 020010;  
 NUMERO DI REGISTRAZIONE (RDM): 118233/R.

Indicare ditta offerente, produttore, prodotto offerto, numero di registrazione.  
 L'ò schema proposto sotto è solo indicativo. Non è possibile offrire prezzo per singola posizione inferiore a quanto indicato come prezzo singolo a base d'asta.

| Termometri clinici   | prodotto offerto | unità di misura per calcolo offerta | fabbisogno totale quinquennale per unità di misura | prezzo a base d'asta unitario | prezzo offerto per unità di misura 5 anni (iva esclusa) | totale offerta |
|--|------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|---|----------------|
| Lotto 1 - Apparecchio per la rilevazione auricolare della temperatura corporea e relativi consumabili monouso.<br>apparecchio per la rilevazione auricolare (fabbisogno previsto 440 unità). Comodato d'uso gratuito. coprisonda monouso |                  | al pezzo                            | 440  | comodato d'uso gratuito       | comodato d'uso gratuito                                 |                |
|  |                  | al pezzo                            | 8.485.000  | € 0,045                       | €   |                |
|  |                  |                                     |  |                               |   |                |
| Lotto 2 - Termometro a contatto / sfioramento apparecchio in acquisto  |                  | al pezzo                            | 40   | € 10.000                      | €   |                |
|  |                  |                                     |  |                               |   |                |
| Lotto 3 - Termometro con sonda esterna elettronica<br>n. apparecchi totali richiesti 2.400   |                  | canone annuo singolo apparecchio    | 12.000   | € 10.000                      | €   |                |
|  |                  |                                     |  |                               |   |                |
| Lotto 4 - Unità mobile di monitoraggio di parametri vitali<br>n. apparecchi richiesti 183  |                  | canone annuo singolo apparecchio    | 915  | € 375.000                     | €   |                |
|  |                  |                                     |  |                               |   |                |
| Lotto 5 - Termometro al gallio   |                  |                                     |  |                               |   |                |
| apparecchio in acquisto (valore annuo)   | 020010           | al pezzo                            | 1.500  | € 10.000                      | € 2.170   | € 3.255.000    |

*Sped. BENEFIS S.R.L.*  
 l'Amministratore





Fogli 1

Ditta Offrente: MEDISIZE ITALIA SRL - Sede: Viale dell'Umanesimo 303 - 00144 Roma  
 P.Iva e C.F. 08075151004  
 Offerta N. WBD.MSZ-2017-000001SSG-402

| Termometri clinici  | prodotto offerto | Num. Rep | Confezione | Produttore              | unità di misura per calcolo offerta | fabbisogno totale quinquennale per unità di misura | prezzo a base d'asta unitario | prezzo offerto per unità di misura | totale offerta 5 anni (iva esclusa) |
|---|------------------|----------|------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Lotto 1 - Apparecchio per la rilevazione auricolare della temperatura corporea e relativi consumabili monouso.                                    |                  |          |            |                         |                                     |  |                               |                                    |                                     |
| apparecchio per la rilevazione auricolare (fabbisogno previsto 440 unità). Comodato d'uso Base antifurto di ricarica per Braun Thermoscan PRO6009 | 06000-260        | 1368612  | 1          | KAZ USA per Welch Allyn | al pezzo                            | 440  | comodato d'uso gratuito       | comodato d'uso gratuito            | comodato d'uso gratuito             |
| coprisonda monouso  | 06000-125        | 1368612  | 1          | KAZ USA per Welch Allyn | al pezzo                            | 440  | comodato d'uso gratuito       | comodato d'uso gratuito            | comodato d'uso gratuito             |
|   | 06000-800        | 1368612  | 800        | KAZ USA per Welch Allyn | al pezzo                            | 8.485.000  | € 0,045                       | € 0,038                            | € 322.430,000                       |
| Lotto 2 - Termometro a contatto / sfioramento apparecchio in acquisto   |                  |          |            |                         |                                     |  |                               |                                    |                                     |
|   |                  |          |            |                         | al pezzo                            | 40   | € 10,000                      |                                    | € -                                 |
| Lotto 3 - Termometro con sonda esterna elettronica  |                  |          |            |                         |                                     |  |                               |                                    |                                     |
| n. apparecchi totali richiesti 2.400  |                  |          |            |                         | canone annuo singolo apparecchio    | 12.000   | € 10,000                      |                                    | € -                                 |
| Lotto 4 - Unità mobile di monitoraggio di parametri vitali  |                  |          |            |                         |                                     |  |                               |                                    |                                     |
| n. apparecchi richiesti 183   |                  |          |            |                         | canone annuo singolo apparecchio    | 915  | € 375,000                     |                                    | € -                                 |
| Lotto 5 - Termometro al gallio apparecchio in acquisto (valore annuo)   |                  |          |            |                         |                                     |  |                               |                                    |                                     |
|   |                  |          |            |                         | al pezzo                            | 1.500  | € 10,000                      |                                    | € -                                 |

Ufficio Gare e Ordini Tel.06/5935562.1 Fax.06/54221628

Distinti saluti

Medisize Italia s.r.l.  
 Gualtieri, Piana

Un procuratore  
 Nato a Roma il 31/10/1952

Medisize Italia S.r.l. con unico socio  
Viale dell'Umanesimo, 303 - 00144 Roma (Italia)  
t +39 (0)6 5935621 - f +39 (0)6 54221628  
e it\_info@medisize.com - w www.medisize.com

Spettabile

ASST Valtellina e Alto Lario

Via Stelvio, 25

23100 Sondrio (SO)-----

Roma, li 14/12/2017

-----  
RIF. NS. PROT. N° WBD.MSZ-2017-00000158G-002

-----  
OGGETTO: fornitura di TERMOMETRI CLINICI ed UNITA' MOBILI DI MONITORAGGIO PARAMETRI

VITALI - Vs Rif. del 20/11/2017

Il sottoscritto Gualtiero Piana Nato il 31/10/1952 domiciliato per la carica ove appresso, Un procuratore della Ditta Medisize Italia s.r.l. con sede legale a Viale dell'Umanesimo, 303 - 00144 Roma, P.I., C.F. e numero di iscrizione alla CCIAA di Roma N.08075151004 ed Ufficio locale delle entrate di Roma - Via Canton, 20, sottopone alla Vs. cortese attenzione la propria migliore offerta per la fornitura di:

**Codice prodotto: 06000-125**

**Codice CND: V03010102 - Codice di Repertorio: 1368612**

Base di Sicurezza/Ricarica per "Thermoscan Pro 6000" - Conf. 1pz - Classe IIa - I.V.A. 22.00% - Prodotto da Welch Allyn e distribuito da Medisize Italia S.r.l con socio unico

**Prezzo Unitario di Offerta I.V.A. Comodato d'uso**

**Quantità: 440**

**Codice prodotto: 06000-200**

**Codice CND: V03010102 - Codice di Repertorio: 1368612**

Termometro timpanico Welch Allyn Braun "Thermoscan Pro 6000" - Conf. 1pz - CE 0297 - IIa - I.V.A. 22.00% - Prodotto da Welch Allyn e distribuito da Medisize Italia S.r.l con socio unico

**Prezzo Unitario di Offerta I.V.A. Comodato d'uso**

**Quantità: 8485000**

**Ufficio Gare e Ordini Tel.06/593562.1 Fax.06/**

Distinti saluti

**Medisize Italia s.r.l.**  
Gualtiero Piana

**Un procuratore**  
Nato a Roma il 31/10/1952

Codice prodotto: 06000-800

Codice CND: V03010102 - Codice di Repertorio: 1368612

Coprisonda per "Thermoscan Pro 6000" - Conf. 800pz - CE 0297 - IIa - I.V.A. 22.00% - Prodotto da Welch Allyn e distribuito da Medisize Italia S.r.l con socio unico

Prezzo Unitario di Offerta I.V.A. esclusa Euro 0,0380 (zerovirgolazerotrentotto)

-----  
Si dichiara

- Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni riportate nella Vs. lettera di invito, nel capitolato speciale e nel capitolato generale;
- Che il materiale offerto è conforme alla Direttiva 93/42/CEE;
- Che la validità della presente offerta non risulta essere inferiore a ..180 giorni..;
- Che i prezzi sono comprensivi di trasporto, imballo ed al netto dell'IVA del 22,00%
- Che con plico a parte è stata inviata idonea campionatura;
- Che eventuali comunicazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo:

-----  
**Medisize Italia s.r.l.** Viale dell'Umanesimo, 303 - 00144 Roma 00144

**Ufficio Gare e Ordini** Tel.06/593562.1 Fax.06/54221628

Distinti saluti

**Medisize Italia s.r.l.**

Gualtieri, Piana

**Un procuratore**

**Nato a Roma il 31/10/1952**