



Spett.li Ditte

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO DI N.1 CONGELATORE DA ASSEGNARE ALLA UOC BLOCCO OPERATORIO DEL PRESIDIO DI SONDRIO. (come da dettaglio in Capitolato) - Art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs 50/2016.

Prezzo a base d'asta: € 2.500,00 + IVA.

(La Stazione Appaltante si riserva di verificare i prezzi proposti con DWH regionale)

Si chiede l'invio di una offerta, che dovrà pervenire esclusivamente tramite piattaforma SINTEL per la fornitura di quanto in oggetto.

Si raccomanda di connettersi al sistema entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi per la sottomissione dell'offerta.

L'aggiudicazione avverrà con affidamento diretto a favore della Società che, a seguito delle presente indagine svolta sulla base dei seguenti elementi indicati in ordine decrescente di importanza:

- caratteristiche conformi a quanto richiesto;
- prezzo proposto.

avrà formulato la migliore offerta.

FORMULAZIONE DELL'OFFERTA:

Entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta, vale a dire:

ENTRO IL GIORNO 18/07/2018 - ore 14.00,

il Concorrente dovrà indicare nell'apposito campo "*offerta economica*", presente sulla piattaforma SINTEL, la propria offerta corrispondente al prezzo finale complessivo offerto (IVA esclusa) per i beni descritti in oggetto.

Durante la sottomissione dell'offerta alla piattaforma verrà richiesto di allegare:

- 1) Oltre all'offerta inserita nella piattaforma Sintel la Ditta dovrà compilare in ogni sua parte e restituire firmato digitalmente, lo **schema di offerta** allegato;
- 2) documentazione tecnica (schede tecniche, depliant illustrativi, manuali d'uso);
- 3) dichiarazione di accettazione integrale capitolato tecnico e generale;
- 4) scheda tecnica preliminare compilata e firmata digitalmente;
- 5) descrizione delle modalità di effettuazione della manutenzione (scheda tecnica full risk);
- 6) dichiarazione che attesta la temperatura di esercizio non inferiore ai -20°C.

LUOGO DI CONSEGNA: Franco Magazzino Generale - Presidio Ospedaliero di Sondrio

TERMINI DI CONSEGNA: entro 30 giorni lavorativi dalla data di invio dell'ordinativo.



PAGAMENTO: 60 giorni dalla data di ricevimento fattura.

N.B. : Si precisa che nella valutazione di congruità delle offerte verrà in prima battuta controllata la conformità dei prodotti offerti e successivamente il prezzo.

NON E' PREVISTA TRATTATIVA MIGLIORATIVA, PER CUI IL **PREZZO** E' DA CONSIDERARSI **DEFINITIVO**.

IL DIRETTORE AD INTERIM
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
(Renato Paroli)

Il Responsabile della pratica: Valentina Tè tel. 0342 521071 e mail valentina.te@asst-val.it



VERBALE

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI UN CONGELATORE

In data 31/08/2018, alle ore 14:30, la commissione di valutazione si è riunita nell'aula biblioteca della Chirurgia Generale del padiglione nord del Presidio ospedaliero di Sondrio.

Nella stessa data la commissione ha preso visione della documentazione tecnica trasmessa il 27/08/2018 mediante mail da parte dell'UOC Approvvigionamenti

In virtù di quanto appreso in sede di visione della documentazione tecnica messa a disposizione da ciascuna ditta partecipante, la commissione esprime, come di seguito indicato, le proprie considerazioni ed attribuisce l'idoneità secondo quanto stabilito dal regolamento di gara.

Commissario A Laura Santi

Commissario B Stefania Tognini

Commissario C Claudio Cecchini

Congelatori:

KW Apparecchi Scientifici srl	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	IDONEITA'/MIGLIORATIVO
1. Congelatore verticale con capacità di circa 300 l	SI +	SI +	SI +	IDONEO con MIGLIORAZIONE
2. Minimo 4 cassetti	SI ++	SI ++	SI ++	IDONEO con MIGLIORAZIONE
3. Serratura a chiave	SI	SI	SI	IDONEO
4. Range temperatura -15°- -30°	SI	SI	SI	IDONEO
5. Temperatura in esercizio da -20°	SI	SI	SI	IDONEO
6. Allarmi acustici e visivi	SI	SI	SI	IDONEO
7. Possibilità di remotizzazione del segnale di allarme	SI	SI	SI	IDONEO
8. Acquisizione temperatura con funzione data logger - preferibilmente attraverso porta USB	SI	SI	SI	IDONEO
9. Porta cieca	SI	SI	SI	IDONEO
				IDONEO +++



Angelantoni Life Science srl	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	IDONEITA'/MIGLIORATIVO
1. Congelatore verticale con capacità di circa 300 l	SI	SI	SI	IDONEO
2. Minimo 4 cassette	SI ++	SI ++	SI ++	IDONEO con MIGLIORAZIONE
3. Serratura a chiave	SI	SI	SI	IDONEO
4. Range temperatura -15°-30°	SI	SI	SI	IDONEO
5. Temperatura in esercizio da -20°	-	-	-	-
6. Allarmi acustici e visivi	SI	SI	SI	IDONEO
7. Possibilità di remotizzazione del segnale di allarme	SI	SI	SI	IDONEO
8. Acquisizione temperatura con funzione data logger - preferibilmente attraverso porta USB	SI	SI	SI	IDONEO
9. Porta cieca	SI	SI	SI	IDONEO
				IDONEO +

A.C.F. Italia srl con socio unico	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	IDONEITA'/MIGLIORATIVO
1. Congelatore verticale con capacità di circa 300 l	SI +	SI +	SI +	IDONEO con MIGLIORAZIONE
2. Minimo 4 cassette	SI +	SI +	SI +	IDONEO con MIGLIORAZIONE
3. Serratura a chiave	SI	SI	SI	IDONEO
4. Range temperatura -15°-30°	SI	SI	SI	IDONEO
5. Temperatura in esercizio da -20°	SI	SI	SI	IDONEO
6. Allarmi acustici e visivi	SI	SI	SI	IDONEO
7. Possibilità di remotizzazione del segnale di allarme	SI	SI	SI	IDONEO
8. Acquisizione temperatura con funzione data logger - preferibilmente attraverso porta USB	SI	SI	SI	IDONEO
9. Porta cieca	SI	SI	SI	IDONEO
				IDONEO ++



In conclusione la Commissione ritiene di indicare il prodotto presentato da **KW Apparecchi Scientifici srl** come quello che soddisfa nel miglior modo le esigenze richieste, oltre ad avere il maggior numero di ripiani in dotazione è quello che presenta la miglior interfaccia utente tra i prodotti offerti. Interfaccia utente dotata di un'ampia gamma di programmi per la gestione ed il monitoraggio del funzionamento del frigorifero.

La seduta di valutazione si conclude alle ore 16,00

Letto e confermato, si sottoscrive.

Sondrio, 31/08/2018

Dirigente Medico
UOC Neurochirurgia

Dottoressa Laura Santi

Coordinatore infermieristico
Blocco Operatorio

Stefania Tognini

Direttore f.f. Ingegneria
Clinica

Dottor Claudio Cecchini