



Spett.le

**Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO DI N. 10 BARELLE (come da dettaglio in Capitolato) - Art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs 50/2016.**

**PREZZO A BASE D'ASTA: 13.090,00 EURO (IVA ESCLUSA)**

Si chiede l'invio di una offerta, che dovrà pervenire esclusivamente tramite piattaforma SINTEL, per la fornitura di quanto in oggetto.

Si raccomanda di connettersi al sistema entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi per la sottomissione dell'offerta.

L'aggiudicazione avverrà con affidamento diretto a seguito di negoziazione svolta sulla base dei seguenti elementi indicati in ordine decrescente di importanza:

- caratteristiche conformi a quanto richiesto;
- prezzo proposto.

**FORMULAZIONE DELL'OFFERTA:**

Entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta, vale a dire:

**ENTRO IL GIORNO 07/02/2018 - ore 12.00,**

il Concorrente dovrà indicare nell'apposito campo "offerta economica", presente sulla piattaforma SINTEL, la propria offerta corrispondente al prezzo finale complessivo offerto (IVA esclusa) per i beni descritti in oggetto.

Durante la sottomissione dell'offerta alla piattaforma verrà richiesto di allegare:

- 1) Oltre all'offerta inserita nella piattaforma Sintel la Ditta dovrà compilare in ogni sua parte e restituire firmato digitalmente, lo **schema di offerta** allegato.
- 2) dichiarazione amministrativa semplificata;
- 3) documentazione tecnica (schede tecniche, depliant illustrativi, manuali d'uso);
- 4) dichiarazione di accettazione integrale capitolato.

**LUOGO DI CONSEGNA:** Franco Magazzino Generale – Presidi di Chiavenna e Sondalo.

**TERMINI DI CONSEGNA:** entro 20 giorni lavorativi dalla data di invio dell'ordinativo.

**PAGAMENTO:** 60 giorni dalla data di ricevimento fattura.

**N.B.:** NON E' PREVISTA TRATTATIVA MIGLIORATIVA, PER CUI IL PREZZO E' DA CONSIDERARSI DEFINITIVO.

IL DIRETTORE AD INTERIM  
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI  
(Renato Paroli)

Il Responsabile della pratica: Valentina Tè tel. 0342 521071 e mail [valentina.te@asst-val.it](mailto:valentina.te@asst-val.it)



## CAPITOLATO TECNICO

### Indagine di Mercato per l'Acquisto di n. 10 barelle:

Barella oleodinamica ad altezza variabile con trendelenburg, su due colonne, piano in laminato plastico radiotrasparente, a due sezioni, dimensioni ca. larghezza 75 cm., lunghezza ca. 213 cm. schienale sollevabile, compresa di:

- sponde a compasso;
- Supporto per bombola;
- porta monitor;
- Supporto per asta porta flebo sui 4 angoli e asta;
- Vano porta oggetti;
- 4 Ruote + 5° Ruota ;
- Materassino Antistatico e lavabile;
- Coppia Maniglie retrattili;
- Maniglione a spinta chiuso;
- Porta sacche laterale.

P.S. nell'offerta dovranno essere quotate le singole voci per consentire alla Stazione Appaltante di configurare ciascuna barella secondo l'effettiva necessità.

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario**

Via Stelvio,25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Base d'Asta complessivo
Barella	10	€ 1.309,00	€ <b>13.090,00</b>



**V E R B A L E DELLA COMMISSIONE DI IDONEITA'  
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO DI BARELLE**

-----000000-----

E' stata costituita la Commissione d'idoneità relativa all'acquisto di quanto evidenziato in oggetto.  
La Commissione risulta composta da:

Collaboratore Professionale Sanitario Dr. Cesare Mevio - Presidente  
 Coordinatore Infermieristico Professionale UOC Neuro Riabilitazione Unità Spinale – Sig. Fabrizio  
 Gammino - Componente  
 Coordinatore Infermieristico Professionale UOS Accettazione d'Urgenza – Sig.ra Miriam Dirce  
 Carnini - Componente

Alle ore 11.30 del 09.10.2018 la Commissione presente in tutti i suoi membri presso la sede del  
 Presidio di Sondalo dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario Via  
 Zubiani 33, si costituisce e ciascun componente dichiara l'assenza di incompatibilità, astensione e  
 conflitto d' interesse per la nomina a presidente/componente della medesima.

La UOC Approvvigionamenti ha provveduto a trasmettere alla Commissione l'offerte della società  
 che hanno presentato l'offerta al prezzo più basso idonea.

La UOC Approvvigionamenti ha richiesto a dette società di provvedere alla campionatura per con-  
 sentire alla Commissione sopra costituita di valutarne l'idoneità operativa.  
 Acquisita la campionatura del prodotto sotto riportato si definisce quanto segue:

**PAM MOBILITY SRL:**

DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERI- FICA
Barella ad altezza variabile ADVANCE su co- lonne	7285RT52 (codice aggiornato ad oggi)	1317229	IDONEA

Si precisa che il modello della barella sopra riportato ( diverso dal precedente anche se di codice  
 uguale) è stato provato in presenza del personale della ditta Pam Medical; l'articolo presenta tutte le  
 caratteristiche di movimento e sicurezza per un corretto utilizzo. Inoltre, la barella è stata provata  
 per l'ingresso negli ascensori presso il 5° padiglione ed è risultata idonea.

Si chiede, quindi, l'acquisizione del prodotto provato

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,00

Letto e confermato, si sottoscrive.

**IL PRESIDENTE**  
 Sig. Cesare Mevio

**IL COMPONENTE**  
 Sig.ra Miriam Dirce Carnini

**IL COMPONENTE**  
 Sig. Fabrizio Gammino

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario  
Schema assegnazione barelle

<b>Quantità</b>	<b>Destinazione</b>	<b>Presidio</b>
1	Cure Palliative	Sondalo
1	Dialisi	Sondalo
2	Neuroriabilitazione e Unità Spinale	Sondalo
2	Pronto Soccorso	Sondalo
3	Blocco Operatorio	Sondalo
1	Endoscopia	Chiavenna
1	Litotrissia	Sondalo
11		