

**VERBALE APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA**

GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE O COMPATIBILE PER APPARECCHIATURE LINEA MITEK CODMAN DI PROPRIETA' DELL'ASST VALTELLINA E ALTO LARIO, DELL'ASST LECCO, DELL'ASST LARIANA E DELL'ASST SETTE LAGHI

Alle ore 09.00 del 23.09.2016 ha luogo, presso la sede dell'Azienda in Sondrio Via Stelvio n. 25, l'apertura delle buste trasmesse tramite il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL" contenenti la documentazione amministrativa e tecnica della procedura di cui all'oggetto.

La procedura risulta suddivisa nei seguenti lotti:

	<b>Nome Procedura</b>
78762975	LOTTO 1 PUNTE PER PERFORATORE CRANIALE CODMAN
78762976	LOTTO 2 CAVO PER PINZA BIPOLARE AESCULAB
78762977	LOTTO 3 TROCAR UNI SHUT
78762978	LOTTO 4 GUIDA MONOUSO LUNGA UNI SHUNT TUNNELLIZZATORE
78762979	LOTTO 5 CAVO RIUTILIZZABILE PER PINZA BIPOLARE
78762980	LOTTO 6
78762981	LOTTO 7 KIT MICROSENSOR
78762982	LOTTO 8 TRAPANO CRANICO MANUALE

Le società invitate al Cottimo Fiduciario risultano le seguenti:

<b>Nome partecipante</b>	<b>Nazione</b>	<b>Prov.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo Email</b>
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Italia	RM	POMEZIA	ufficiogare@its.jnj.com
Aptiva Medical S.r.l.	Italia	MI	MILANO	aptivamedical@certificazioneposta.it
BONESCHI & C.	Italia	MI	MILANO	boneschi@legalmail.it
Neuromed	Italia	TO	TORINO	info@neuromeditalia.it
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Italia	MI	MILANO	medtronicitalia.gare@legalmail.it


Tutta la documentazione di gara è stata resa disponibile su Sintel.

A seguito delle richieste pervenute su SINTEL da parte delle società interessate, parti integranti del presente verbale (Allegato 1), sono state rese le relative risposte allegate al presente verbale quali parti integranti (Allegato 1).

Accertato che entro la data convenuta hanno formulato offerta le seguenti società:

LOTTO 1

<b>Numero Protocollo</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Modalità di partecipazione</b>	<b>Data</b>	<b>Stato offerta</b>
<b>Informatico</b> 1473839961293	Neuromed	Forma singola	mercoledì 14 settembre 2016 9.59.21 CEST	Valida





1473835808944	BONESCHI& C.	Forma singola	mercoledì 14 settembre 2016 8.50.08 CEST	Valida
1473419236201	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Forma singola	venerdì 9 settembre 2016 13.07.16 CEST	

## LOTTO 2

Non sono pervenute offerte

## LOTTO 3

<u>Numero Protocollo</u> <u>Informatico</u>	<u>Fornitore</u>	<u>Modalità di partecipazione</u>	<u>Data</u>	<u>Stato offerta</u>
1473419442786	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Forma singola	venerdì 9 settembre 2016 13.10.42 CEST	Valida

## LOTTO 4

<u>Numero Protocollo</u> <u>Informatico</u>	<u>Fornitore</u>	<u>Modalità di partecipazione</u>	<u>Data</u>	<u>Stato offerta</u>
1473419634714	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Forma singola	venerdì 9 settembre 2016 13.13.54 CEST	Valida

## LOTTO 5

Non sono pervenute offerte

## LOTTO 6

<u>Numero Protocollo</u> <u>Informatico</u>	<u>Fornitore</u>	<u>Modalità di partecipazione</u>	<u>Data</u>	<u>Stato offerta</u>
1473838061085	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Forma singola	mercoledì 14 settembre 2016 9.27.41 CEST	Valida
1473836532082	BONESCHI& C.	Forma singola	mercoledì 14 settembre 2016 9.02.12 CEST	Valida
1473419803400	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Forma singola	venerdì 9 settembre 2016 13.16.43 CEST	Valida

## LOTTO 7

<u>Numero Protocollo</u>	<u>Fornitore</u>	<u>Modalità di partecipazione</u>	<u>Data</u>	<u>Stato offerta</u>



<b>Informatico</b>				
1473419973231	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Forma singola	venerdì 9 settembre 2016 13.19.33 CEST	Valida

## LOTTO 8

<u>Numero Protocollo</u> <b>Informatico</b>	<u>Fornitore</u>	<u>Modalità di partecipazione</u>	<u>Data</u>	<u>Stato offerta</u>
1473420140774	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Forma singola	venerdì 9 settembre 2016 13.22.20 CEST	Valida

In data 20.09.2016 si è provveduto a invitare le società all'apertura delle offerte amministrative e tecniche.

Presenziano all'operazione di apertura pieghi documentazione amministrativa e tecnica nella funzione di Presidente dr. Renato Paroli – Direttore S.C. Provveditorato – dr.ssa Carmen Zubiani Collaboratore S.C. Provveditorato in qualità di segretario – sig.ra Giovanna Leusciatti – Assistente Amministrativo S.C. Provveditorato in qualità di teste

Per le Società presenziano:

dr. Massimiliano Bosisio – Johnson & Johnson Medical Spa

Si procede all'apertura della documentazione amministrativa MULTILOTTO

Documentazione amministrativa:

NOME	DESCRIZIONE	NEUROMED	BONESCHI	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	ALLEGARE UN FILE ZIP CONTENENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE: 1) dichiarazione di accettazione di tutta la documentazione di gara; 2) schema offerta privo di prezzi; 3) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 come modificata con D.L. 187/10, si richiedono gli estremi identificativi dei c/c dedicati nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 4) dichiarazione presa visione del	ok	ok	ok	ok



patto di integrità; 5) allegati dal 2 al 6 (privacy); 6) nel caso si forniscano prodotti compatibili dovranno essere allegati tutte le dovute certificazioni di compatibilità; 7) dichiarazione relativa alla disponibilità di fornire i prodotti in prova su richiesta.

L'esito dell'apertura della documentazione amministrativa è positivo per tutte le società.

Si procede all'apertura delle offerte tecniche.

LOTTO 1

Nome	Descrizione	Neuromed	BONESCHI& C	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
DOCUMENTAZIONE TECNICA	ALLEGARE UN FILE ZIP CONTENENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZION E FIRMATA DIGITALMENTE: 8) descrizione tecnica dettagliata di tutti i prodotti offerti; 9) copia del certificato attestante il possesso del marchio "CE" in conformità al disposto normativo.	L'offerta tecnica della società non si è aperta . Si è richiesto alla società di inoltrare, mediante la messaggistica della procedura, a reinvia la stessa offerta firmata digitalmente e zippata. Anche in questo caso l'offerta non si è aperta. La società ha inoltrato la stessa offerta in formato pdf . L'offerta si è aperta. Si è disposto di richiedere intervento tecnico a supporto ARCA per aprire il file. (All.2)	OK	OK

Il dr. Massimiliano Bosisio referente della società JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. rileva che la documentazione presentata a supporto della compatibilità dei prodotti offerti dalle società Neuromed e Boneschi consiste in autocertificazioni delle società stesse e non da certificazioni da enti terzi.

Rileva anche che nella lettera di invito si richiedeva a tale proposito:

" nel caso si forniscano prodotti compatibili dovranno essere allegati tutte le dovute certificazioni di compatibilità"



## LOTTO 3

Nome	Descrizione	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
DOCUMENTAZIONE TECNICA	ALLEGARE UN FILE ZIP CONTENENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE: 8) descrizione tecnica dettagliata di tutti i prodotti offerti; 9) copia del certificato attestante il possesso del marchio "CE" in conformità al disposto normativo.	OK

## LOTTO 4

Nome	Descrizione	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
DOCUMENTAZIONE TECNICA	ALLEGARE UN FILE ZIP CONTENENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE: 8) descrizione tecnica dettagliata di tutti i prodotti offerti; 9) copia del certificato attestante il possesso del marchio "CE" in conformità al disposto normativo.	OK

## LOTTO 6

Nome	Descrizione	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	BONESCHI & C	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
DOCUMENTAZIONE TECNICA	ALLEGARE UN FILE ZIP CONTENENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE E FIRMATA DIGITALMENTE: 8) descrizione tecnica dettagliata di tutti i prodotti offerti; 9) copia del certificato attestante il possesso del marchio "CE" in conformità al disposto normativo.	OK	OK	OK



Il dr. Massimiliano Bosisio referente della società JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. rileva che la documentazione presentata a supporto della compatibilità dei prodotti offerti dalle società Medtronic Italia Spa e Boneschi & C. consiste in autocertificazioni delle società stesse e non da certificazioni da enti terzi.

Rileva anche che nella lettera di invito si richiedeva a tale proposito:

“ nel caso si forniscano prodotti compatibili dovranno essere allegate tutte le dovute certificazioni di compatibilità.

## LOTTO 7

Nome	Descrizione	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
DOCUMENTAZIONE TECNICA	ALLEGARE UN FILE ZIP CONTENENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE: 8) descrizione tecnica dettagliata di tutti i prodotti offerti; 9) copia del certificato attestante il possesso del marchio “CE” in conformità al disposto normativo.	OK

## LOTTO 8

Nome	Descrizione	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
DOCUMENTAZIONE TECNICA	ALLEGARE UN FILE ZIP CONTENENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE: 8) descrizione tecnica dettagliata di tutti i prodotti offerti; 9) copia del certificato attestante il possesso del marchio “CE” in conformità al disposto normativo.	OK

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Renato Paroli

IL SEGRETARIO

Carmen Zubiani

IL TESTE

Giovanna Leusciatti



Sondalo 14.10.2016

**Valutazione gara per fornitura materiale di consumo originale o compatibile per  
apparecchiature MITEK CODMAN**

**Lotto1:**

Il prodotto offerto da Neuromed presenta caratteristiche tecniche ( RPM e PSI ) inferiori a quelle richieste dal perforatore in uso e pertanto non è idoneo.

Il prodotto offerto da Boneschi & c. non è idoneo in quanto risulta essere compatibile con trapani manuali ed elettrici ma non con trapani pneumatici.

Il prodotto offerto da Johnson & Johnson è idoneo.

**Lotto3:**

Il prodotto offerto da Johnson & Johnson è idoneo.

**Lotto 4:**

Il prodotto offerto da Johnson & Johnson è idoneo.

**Lotto 6:**

Il prodotto offerto da Medtronic è idoneo.

Il prodotto offerto da Boneschi non risulta idoneo perchè risulta essere fornito non sterile.

Il prodotto offerto da Johnson & Johnson è idoneo.

**Lotto 7:**

Il prodotto offerto da Johnson & Johnson è idoneo

**Lotto 8:**

Il prodotto offerto da Johnson & Johnson è idoneo.

Dott. A. L. Messina  
Direttore SC Neurochirurgia  
Ospedale di Sondalo



**S.C. Provveditorato Economato**

**VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE**  
**GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE O**  
**COMPATIBILE PER APPARECCHIATURE MITEK CODMAN:**

-----0000000-----

In data 24 gennaio 2017 alle ore 10.00 presso la SC Provveditorato Economato si è proceduto all'apertura delle offerte economiche pervenute per la gara in oggetto.

Hanno presenziato all'operazione di apertura dei pieghi della documentazione economica:  
il Dr. Renato Paroli – Responsabile Unico Procedimento - nella funzione di Presidente,  
la Dott.ssa Elisa Fogagnoli - Collaboratore S.C. Provveditorato in qualità di segretario e  
la Dott.ssa Carmen Zubiani – Collaboratore SC Provveditorato in qualità di teste.

Per le ditte sono presenti:

Johnson&Johnson Medical Spa – Sig.ra Farese Antonietta  
Boneschi – Sig. Sangiovanni Marco

Il verbale di idoneità hanno precisato quanto segue:

**LOTTO 1:**

Il prodotto offerto da Neuromed non è idoneo in quanto presenta caratteristiche tecniche (RPM e PSI) inferiori a quelle richieste dal perforatore in uso.

Il prodotto offerto da Boneschi non è idoneo in quanto non è compatibile con trapani pneumatici.

Il prodotto offerto da Johnson&Johnson è idoneo.

**LOTTO 3:**

Il prodotto offerto da Johnson&Johnson è idoneo.

**LOTTO 4:**

Il prodotto offerto da Johnson&Johnson è idoneo.

**LOTTO 6:**

Il prodotto offerto da Boneschi non è idoneo in quanto non è sterile.

Il prodotto offerto da Medtronic è idoneo.

Il prodotto offerto da Johnson&Johnson è idoneo.

**LOTTO 7:**

Il prodotto offerto da Johnson&Johnson è idoneo.

**LOTTO 8:**

Il prodotto offerto da Johnson&Johnson è idoneo.





A seguito della lettura delle idoneità/non idoneità relative al lotto 1 e 6, si decide di sospendere l'apertura economica dei medesimi e rimettere al valutatore d'idoneità.

In relazione al lotto 1, la ditta Boneschi dichiara che ha offerto solamente il codice richiesto in gara. Se si necessitava di attacchi diversi, dovevano essere precisati i relativi codici in gara.

La ditta Johnson&Johnson Medical Spa ribadisce che devono esserci le dichiarazioni di compatibilità del produttore e non autocertificazioni.

La ditta Boneschi precisa che nella documentazione tecnica è già presente la dichiarazione di compatibilità del produttore.

In relazione al lotto 6 la ditta Boneschi contesta l'esclusione in quanto nella scheda tecnica è precisato che il prodotto è "sterile".

Si procede quindi ad aprire le altre offerte economiche che vengono riportate nell'allegato al presente verbale.

Il Presidente dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore di Johnson&Johnson Medical Spa per i lotti 3, 4, 7 e 8.

Per i lotti 1 e 6 viene sospeso.

L'aggiudicazione definitiva avverrà a conclusione degli accertamenti inerenti il possesso, da parte degli aggiudicatari, dei requisiti previsti dal D. Lgs. 50/2016.

La seduta ha termine alle ore 11.00

Letto e confermato, si sottoscrive.

**IL SEGRETARIO**

Elisa Fogagnoli

**IL TESTE**

Carmen Zubiani

**IL PRESIDENTE**

Renato Paroli

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO  
 VIA STELVIO 25  
 23100 SONDRIO

LOTTI	DESCRIZIONE	QUANTIT. COMPL. ANNUALI	PREZZO CAD. BASE D'ASTA IVA ESCL.	TOTALE ANNUO IVA ESCL.	TOTALE BIENNALE IVA ESCL.	PREZZO OFFERTO CAD. IVA ESCL. J&J	PREZZO ANNUALE IVA ESCL. J&J	PREZZO BIENNALE OFFERTO IVA ESCL. J&J
3	TROCAR UNI SHUT CODMAN	1	€ 154,56	€ 154,56	€ 309,12	€ 154,00	€ 154,00	€ 308,00
4	GUIDA MONOUSO LUNGA UNI SHUNT TUNNELIZZATORE CODMAN	24	€ 115,00	€ 2.760,00	€ 5.520,00	€ 114,00	€ 2.736,00	€ 5.472,00
7	KIT MICROSENSOR C/NUOVO BOLT E FRESA 2,7 MM	40	418,6	€ 16.744,00	€ 33.488,00	€ 418,00	€ 16.720,00	€ 33.440,00
8	TRAPANO CRANICO MANUALE CODMAN	40	52,44	€ 2.097,60	€ 4.195,20	€ 52,43	€ 2.097,20	€ 4.194,40

SCONTO A LISTINO: 10%



## UOC APPROVVIGIONAMENTI

### VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE DEI LOTTI 1 E 6 GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE O COMPATIBILE PER APPARECCHIATURE MITEK CODMAN:

-----oooOooo-----

In data 31 maggio 2018 alle ore 10.30 presso la UOC Approvvigionamenti si è proceduto all'apertura delle offerte economiche relative ai lotti 1 e 6 pervenute per la gara in oggetto. Hanno presenziato all'operazione di apertura dei pieghi della documentazione economica: il Dr. Renato Paroli – Responsabile Unico Procedimento - nella funzione di Presidente, la Dott.ssa Elisa Fogagnoli - Collaboratore Amministrativo UOC Approvvigionamenti in qualità di segretario e la Valentina Tè – Assistente Amministrativo UOC Approvvigionamenti in qualità di teste.

Per le ditte sono presenti:

Johnson&Johnson Medical Spa ora Integra Lifesciences Italy Srl – Sig.ra Eleonora Pirovano

Si riprende il verbale di idoneità dal quale era emerso quanto segue:

LOTTO 1:

Il prodotto offerto da **Neuromed** non è idoneo in quanto presenta caratteristiche tecniche (RPM e PSI) inferiori a quelle richieste dal perforatore in uso.

Il prodotto offerto da **Boneschi** non è idoneo in quanto non è compatibile con trapani pneumatici.

Il prodotto offerto da **Johnson&Johnson** è idoneo.

LOTTO 6:

Il prodotto offerto da **Boneschi** non è idoneo in quanto non è sterile.

Il prodotto offerto da Medtronic è idoneo.

Il prodotto offerto da Johnson&Johnson è idoneo.

A seguito della lettura delle idoneità/non idoneità relative al lotto 1 e 6 effettuate in data 24 gennaio 2017, era stata sospesa l'apertura economica dei medesimi e rimessa la valutazione all'utilizzatore.

Il valutatore ha ribadito quanto dichiarato nel verbale di idoneità.

Con nota prot. n. 5875 del 06/02/2017 è stato richiesto alla ditta Boneschi di produrre la certificazione di compatibilità da parte di un ente terzo e non in autocertificazione, in relazione al lotto 1.

In data 08/02/2017 la società sopra citata ha ripresentato tramite piattaforma Sintel l'autocertificazione di compatibilità.

A seguito di ulteriori verifiche, il valutatore ha ribadito la necessità di una certificazione di compatibilità da parte di un ente terzo ed ha ribadito, in relazione al lotto 6, che il prodotto offerto

1



dalla ditta Boneschi non è sterile in quanto nella scheda tecnica è scritto che “gli impianti sono da sterilizzare”.

Con nota del 21/12/2017 il Direttore della UOC Neurochirurgia ha ribadito quanto sopra riportato. In data 11/01/2018 la ditta Boneschi ha riproposto l'autocertificazione ed ha precisato che il prodotto offerto per il lotto 6 è un prodotto sterile.

In data 29/01/2018 è stato nuovamente comunicato alla ditta Boneschi che ai sensi della Direttiva 93/42 le valutazioni di conformità e la certificazione CE (tranne che per DM di classe I) sono affidate ad enti particolari chiamati **organismi notificati**. Per tale motivazione il certificato deve essere fatto da un ente terzo ed, in tale caso, in riferimento ai trapani, devono essere specificatamente indicati la marca, il modello ed il tipo.

Non è più pervenuta alcuna risposta da parte di Boneschi&C Spa.

Con nota prot. n. 56068 del 22/12/2017 è pervenuta inoltre la comunicazione di subentro della società Integra Lifesciences Italy Srl nella fornitura dei prodotti linea Mitek Codman di Johnson&Johnson Medical Spa.

In data 2 maggio 2018 sono state trasmesse comunicazioni di convalida dell'offerta economica rispettivamente alle seguenti ditte:

**LOTTO 1**

Johnson&Johnson Medical Spa, ora Integra Lifesciences Italy Srl

**LOTTO 6**

Johnson&Johnson Medical Spa, ora Integra Lifesciences Italy Srl

Medtronic

Con nota del 2 maggio 2018 Medtronic ha convalidato la propria offerta.

Con nota del 3 maggio 2018 Johnson&Johnson Medical Spa ha comunicato che la convalida deve essere fatta dall'azienda che le è subentrata ovvero Integra Lifesciences Italy Srl.

In data 11 maggio 2018 Integra Lifesciences Italy Srl ha provveduto ad effettuare la convalida dell'offerta.

Si procede quindi all'apertura delle offerte economiche come di seguito indicato:

**LOTTO 1**

Neuromed e Boneschi escluse in quanto non idonee.

L'offerta di Johnson&Johnson Medical Spa, ora Integra Lifesciences Italy Srl è la seguente:



DESCRIZIONE	QUANTIT. COMPL. ANNUALI	PREZZO CAD. BASE D'ASTA IVA ESCL.	TOTALE ANNUO IVA ESCL.	TOTALE BIENNALE IVA ESCL.	PREZZO OFFERTO CAD. IVA ESCL.	PREZZO ANNUALE IVA ESCL.	PREZZO BIENNALE OFFERTO IVA ESCL.
PUNTE PER PERFORATORE CRANIALE CODMAN	720	€ 101,20	€ 72.864,00	€ 145.728,00	€ 93,00	€ 66.960,00	€ 133.920,00

**LOTTO 6**

Boneschi esclusa in quanto non idonea.

L'offerta di Johnson&Johnson Medical Spa, ora Integra Lifesciences Italy Srl è la seguente:

DESCR.	QUANTIT. COMPL. ANNUALI	PREZZO CAD. BASE D'ASTA IVA ESCL.	TOTALE ANNUO IVA ESCL.	TOTALE BIENNALE IVA ESCL.	PREZZO OFFERTO CAD. IVA ESCL. INTEGRA	PREZZO ANNUALE IVA ESCL. INTEGRA	PREZZO BIENNALE OFFERTO IVA ESCL. INTEGRA	PREZZO OFFERTO CAD. IVA ESCL. MEDTR.	PREZZO ANN. IVA ESCL. MEDTR.	PREZZO BIENN. OFFERTO IVA ESCL. MEDTR.
CLIP DI RANEY	9000	€ 0,69	€ 6.210,00	€ 12.420,00	€ 0,68	€ 6.120,00	€ 12.240,00	€ 0,35	€ 3.150,00	€ 6.300,00

L'aggiudicazione avverrà in favore di:

LOTTO 1

Johnson&Johnson Medical Spa, ora Integra Lifesciences Italy Srl

LOTTO 6

MEDTRONIC.

La proposta di aggiudicazione avverrà a conclusione degli accertamenti inerenti il possesso, da parte degli aggiudicatari, dei requisiti previsti dal D. Lgs. 50/2016.

La seduta ha termine alle ore 10:50.

Letto e confermato, si sottoscrive.

**IL SEGRETARIO**

Elisa Fogagnoli

**IL TESTE**

Valentina Tè

**IL PRESIDENTE**

Renato Paroli