



Allegato 1

**VERBALE DELLA COMMISSIONE DI IDONEITA'
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO DI CASCHI, BATTERIE, CARICATORI E
INGRANDIMENTO DA ASSEGNARE ALLA UOC OTORINOLARINGOIATRIA DEL
PRESIDIO DI SONDRIO.**

-----oooOooo-----

E' stata costituita la Commissione d'ideoneità relativa all'acquisto di quanto evidenziato in oggetto.
La Commissione risulta composta da:

Direttore U.O.C. Otorinolaringoiatria dr. Massimiliano Nardone - Presidente
Dirigente Medico UOC Otorinolaringoiatria – dr. Lorenzo Grillo Della Berta - Componente
Dirigente Medico UOC Otorinolaringoiatria – dr. Gabriele Redaelli - Componente

Alle ore 11.00 del 08.05.2018 la Commissione presente in tutti i suoi membri presso la sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario Via Stelvio n. 25, si costituisce e ciascun componente dichiara l'assenza di incompatibilità, astensione e conflitto d'interesse per la nomina a presidente/componente della medesima.

La UOC Approvvigionamenti ha provveduto a trasmettere alla Commissione l'offerta della società che ha presentato l'offerta al prezzo più basso idonea.

La UOC Approvvigionamenti ha richiesto a detta società di provvedere alla campionatura per consentire alla Commissione sopra costituita di valutarne l'idoneità operativa.
Acquisita la campionatura del prodotto sotto riportato si definisce quanto segue:

CARLO BIANCHI SRL:

Quantità	Descrizione Prodotto	Codice Articolo	Fabbricante	CND	RDM
2	Caschetto ML4 LED – Caschetto KAWE HILIGHT LED H-800	12.89935.002	Kirchner & Wilhelm Gmgh + Co. KG Eberhardtrasse 56 – 71679 Asperg Germania	Classe 1^ Prod. Estera	Classe 1^ Prod. Estera
2	Batteria Integrata – Batteria Ricaricabile cingi testa per H-800	12.89950.102	Kirchner & Wilhelm Gmgh + Co. KG Eberhardtrasse 56 – 71679 Asperg Germania	N.A.	N.A.



2	Caricatore – Alimentatore di rete UE	12.89960.102	Kirchner & Wilhelm Gmgh + Co. KG Eberhardtrasse 56 – 71679 Asperg Germania	N.A.	N.A.
1	Ingrandimento 2.5x – Lenti Binoculari per ingrandimento 2.5 420 mm	12.89342.422	Kirchner & Wilhelm Gmgh + Co. KG Eberhardtrasse 56 – 71679 Asperg Germania	Classe 1^ Prod. Estera	Classe 1^ Prod. Estera

In seguito all'utilizzo in prova, si è riscontrato che, nonostante il caschetto possieda una luce discreta, il supporto di sostegno al casco risulta troppo mobile e quindi presumibilmente soggetto ad usura repentina.

Il caschetto proposto viene ritenuto, pertanto inadeguato all'attività.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:30.

Letto e confermato, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

dr. Massimiliano Nardone

IL COMPONENTE

dr. Gabriele Redaelli

IL COMPONENTE

dr. Lorenzo Grillo Della Berta