



**V E R B A L E DELLA COMMISSIONE DI IDONEITA'
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO RESETTORI**

-----000000-----

E' stata costituita la Commissione d'idoneità relativa all'acquisto di quanto evidenziato in oggetto. La Commissione risulta composta da:

Direttore U.O.C. Urologia dr. Pierluigi Giumelli - Presidente
Dirigente Medico UOC Urologia – Maurizio D'Alpaos - Componente
Collaboratore Sanitario Professionale – Infermiera – Sig.ra Rita Marchetti - Componente

Alle ore 14.00 del 14.03.2018 la Commissione presente in tutti i suoi membri presso la sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario Via Stelvio n. 25, si costituisce e ciascun componente dichiara l'assenza di incompatibilità, astensione e conflitto d'interesse per la nomina a presidente/componente della medesima.

La UOC Approvvigionamenti ha provveduto ha trasmettere alla Commissione le offerte delle società che hanno presentato l'offerta al prezzo più basso idonea.

La UOC Approvvigionamenti ha richiesto a dette società di provvedere alla campionatura per consentire alla Commissione sopra costituita di valutarne l'idoneità operativa.
Acquisita la campionatura dei prodotti sotto riportati si definisce quanto segue:

MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA :

VOCE 1	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
	Endoscopio Autoclavabile Rudolph	EU140030	204694	IDONEO
	Camicia Esterna a Flusso Continuo Rudolph	RC260-211	208143	IDONEO
	Camicia Interna per Resettoscopio Rudolph	RC260-201	204644	IDONEO
	Otturatore Movibile Rudolph 24CHARR	RC240-141	211719	IDONEO
	Otturatore Visivo Rudolph 24CHARR	RC240-131	211719	IDONEO
	Elemento Lavorativo Passivo Anello Chiuso	RC040-101	211254	IDONEO
	Elettrodo ad Ansa Alta Freq. Ang. 30° 24 CHARR	RC240-300	211666	IDONEO
	Elettrodo a Pallina Alta Freq. 24 CHARR 3mm	RC240-315	211666	IDONEO
	Elettrodo a Cono Alta Freq. 24 CHARR	RC240-325	211666	IDONEO

Si precisa che relativamente alla VOCE 4 la stessa deve essere assegnata alla società che si assegnerà la voce 1 perché i cavi devono essere compatibili con i resettori aggiudicati.



VOCE 5	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
portaghi autoregolabile	Needleholder straight handle ergonomic self righting WL 330 D5 - Rudolf	LP353	IN FASE DI REGISTRAZIONE	NON IDONEO
portaghi LPS	Needleholder T C straight ergonomic curved handle WL 330 M.D.5MM - Rudolf	LP354-033	IN FASE DI REGISTRAZIONE	NON IDONEO

VOCE 6.1	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
retrattore a ventaglio	Elevatore p fegato smontabile – Rudolf set completo di manico, tubo, inserto	Lp323-010	211522,211106 , 211522	NON IDONEO

VOCE 7	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
pinza kelly completa	Pinza da presa e prep Maryland distriata curva biarticolata 5	R5115-527	211106	NON IDONEO

VOCE 10	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
pinza presa	Pinza da presa e prep. Maryland stand. Curva biarticolata 5 m	RS125-525	211106	NON IDONEO



VOCE 11	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
Portate- lecame- ra uni- versale	supporto per camera	IM402-026	In fase di regi- strazione	NON IDONEO

VOCE 12	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
pinza manhes comple- ta	pinza da presa cobra 2.4 denti biarticolata d 5 mm	RS135-533	211106	NON IDONEO

VOCE 13	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
forbice comple- ta	Forbice metzenbaum curva a sinist bioart. Mod. corto 5mm	RS115-591	211106	NON IDONEO

VOCE 14	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
Ottica 0°	Laparoscopio autoclavabile COMPLETO DI CAVO LUCE QUOTATO VOCE 3)	LP100-000	211735	IDONEA

VOCE 15	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
Pinza Ri- gida da Biopsia	Pinza per biopsia ottica a p cistoscopio	CY040-420	208459	IDONEA



SO.V.EM. SNC DDT 33 DEL 12.02.2018:

VOCE 3	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
cavi fibre ottiche	Cavo fibra ottica diam. 3,5 mm. lungh. 350 cm completo di adattatori	72-350-23, 72900-10, 70-900-30		IDONEO

CARLO BIANCHI SRL DDT 1369 /01VI DEL 16.02.2018:

VOCE 2	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
	trocan di reuter	27105S		IDONEO
	cappucci di tenuta 50/40			IDONEO
	dischi di fissaggio	COMPRESO NELLA VOCE 27105S		
	cannule di aspirazione trocar	COMPRESO NELLA VOCE 27105S		
	trocan di reuter	27105F		IDONEO

VOCE 6.2	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
	Clickline croce olm pinza da presa	33322cc		IDONEO



VOCE 8	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
	CLICLINE INSERTO PINZA	33310cc		IDONEO

VOCE 9	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
	OPTITHERM® dispositivo per riscaldamento	20432030		IDONEO

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,30

Letto e confermato, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE
dr. Pierluigi Giomelli

IL COMPONENTE
sig.ra Rita Marchetti

IL COMPONENTE
dr. Maurizio D'Alpaos



**V E R B A L E DELLA COMMISSIONE DI IDONEITA'
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO RESETTORI**

-----0000000-----

E' stata costituita la Commissione d'idoneità relativa all'acquisto di quanto evidenziato in oggetto. La Commissione risulta composta da:

Direttore U.O.C. Urologia dr. Pierluigi Giumelli - Presidente
Dirigente Medico UOC Urologia – Maurizio D'Alpaos - Componente
Collaboratore Sanitario Professionale – Infermiera – Sig.ra Rita Marchetti - Componente

Alle ore 11.00 del 11.04.2018 la Commissione presente in tutti i suoi membri presso la sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario Via Stelvio n. 25, si costituisce e ciascun componente dichiara l'assenza di incompatibilità, astensione e conflitto d'interesse per la nomina a presidente/componente della medesima.

La UOC Approvvigionamenti, a fronte della constatata non idoneità dei prodotti (voce 12) della prima migliore offerente (Società Mida Spa) trasmette offerta e campione che segue nella graduatoria:

MOVI SPA:

VOCE 12	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
pinza manhes complet a	PINZA PRESA/DISS.5/330MM	83932897	428088	NON IDONEO PER IMPUGNATURA NON ADEGUATA

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,30

Letto e confermato, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE
dr. Pierluigi Giumelli

IL COMPONENTE
dr. Maurizio D'Alpaos

IL COMPONENTE
sig.ra Rita Marchetti

Rita Marchetti



**V E R B A L E DELLA COMMISSIONE DI IDONEITA'
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO RESETTORI**

-----0000000-----

E' stata costituita la Commissione d'idoneità relativa all'acquisto di quanto evidenziato in oggetto. La Commissione risulta composta da:

Direttore U.O.C. Urologia dr. Pierluigi Giumelli - Presidente
Dirigente Medico UOC Urologia – Maurizio D'Alpaos - Componente
Collaboratore Sanitario Professionale – Infermiera – Sig.ra Rita Marchetti - Componente

Alle ore 11.00 del 11.04.2018 la Commissione presente in tutti i suoi membri presso la sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario Via Stelvio n. 25, si costituisce e ciascun componente dichiara l'assenza di incompatibilità, astensione e conflitto d'interesse per la nomina a presidente/componente della medesima.

La UOC Approvvigionamenti, a fronte della constatata non idoneità dei prodotti (voci 6.1 e 10) della prima migliore offerente (Società Mida Spa) trasmette offerte e campioni che seguono nella graduatoria:

BIANCHI SNC:

VOCE 6.1	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
retrato re a ventagli o	RETRATTORE A VENTAGLIO K. Storz	39623FP		IDONEO

VOCE 10	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
pinza presa	Clikline pinza da presa K. Storz	33532AF		IDONEA

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,30
Letto e confermato, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE
dr. Pierluigi Giumelli

IL COMPONENTE
dr. Maurizio D'Alpaos

IL COMPONENTE
sig.ra Rita Marchetti



**V E R B A L E DELLA COMMISSIONE DI IDONEITA'
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO RESETTORI**

-----0000000-----

E' stata costituita la Commissione d'idoneità relativa all'acquisto di quanto evidenziato in oggetto. La Commissione risulta composta da:

Direttore U.O.C. Urologia dr. Pierluigi Giumelli - Presidente
Dirigente Medico UOC Urologia – Maurizio D'Alpaos - Componente
Collaboratore Sanitario Professionale – Infermiera – Sig.ra Rita Marchetti - Componente

Alle ore 11.00 del 11.04.2018 la Commissione presente in tutti i suoi membri presso la sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario Via Stelvio n. 25, si costituisce e ciascun componente dichiara l'assenza di incompatibilità, astensione e conflitto d'interesse per la nomina a presidente/componente della medesima.

La UOC Approvvigionamenti, a fronte della constatata non idoneità dei prodotti (voce 7 e 13) della prima migliore offerente (Società Mida Spa) trasmette offerta e la campionatura che segue nella graduatoria:

SOVEM SNC:

VOCE 7	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
pinza kelly comple ta	PINZA KELLY MONOPOLARE Ø 5 MM LUNGH 33 CM. INVIDIA MEDICAL COD. 74- 198-31	COD. 74-198-31	1126563	NON IDONEO IN QUANTO NON ERGONOMICA

VOCE 13	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
forbice comple ta	FORBICE METZEMBAUER CURVA MONOPOLARE Ø 5 MM LUNGH 33 CM	74-224-31	1126563	NON IDONEO – STRAPPA TESSUTO

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30
Letto e confermato, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE
dr. Pierluigi Giumelli

IL COMPONENTE
dr. Maurizio D'Alpaos

IL COMPONENTE
sig.ra Rita Marchetti

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148



**V E R B A L E DELLA COMMISSIONE DI IDONEITA'
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO RESETTORI**

-----0000000-----

E' stata costituita la Commissione d'idoneità relativa all'acquisto di quanto evidenziato in oggetto. La Commissione risulta composta da:

Direttore U.O.C. Urologia dr. Pierluigi Giumelli - Presidente

Dirigente Medico UOC Urologia – Maurizio D'Alpaos - Componente

Collaboratore Sanitario Professionale – Infermiera – Sig.ra Rita Marchetti - Componente

Alle ore 11.00 del 04.05.2018 la Commissione presente in tutti i suoi membri presso la sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario Via Stelvio n. 25, si costituisce e ciascun componente dichiara l'assenza di incompatibilità, astensione e conflitto d'interesse per la nomina a presidente/componente della medesima.

La UOC Approvvigionamenti, a fronte della constatata non idoneità dei prodotti (voce 7, 12,) delle società Mida Spa e Sovem Snc trasmette offerta e la campionatura che segue nella graduatoria:

CARLO BIANCHI SRL:

VOCE	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
7				
pinza kelly completa	Clickline kelly pinza da presa	33310cc	1108934	POSITIVO

VOCE	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
12				
pinza manhes completa	Clickline Manhes pinza da presa	33332mg	117546	POSITIVO

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30

Letto e confermato, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE
dr. Pierluigi Giunelli



IL COMPONENTE
sig.ra Rita Marchetti



IL COMPONENTE
dr. Maurizio D'Alpaos

