

**RICHIESTA  
URGENTE**

**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE  
N. 797 DEL 30 LUG 2019  
COMPOSTO DA N. .... Pagine**

**Carmen Zubiani**  
mar 02/07/2019 16:14

A:  
Carmen Zubiani <carmen.zubiani@asst-val.it>

Cc:  
Francesco De Filippi <francesco.defilippi@asst-val.it>; Renato Stefano Paroli <renato.paroli@asst-val.it>; Marinella Caprari <marinella.caprari@asst-val.it>; Elisa Morabito <elisa.morabito@asst-val.it>;

Ccn:  
francesca.zambon@asalaser.com <francesca.zambon@asalaser.com>; info@eletronicapagani.it <info@eletronicapagani.it>; robertof@chinesport.it <robertof@chinesport.it>;

*Indirizzo  
enaro f.*

2 allegati (579 KB)

CARATTERISTICHE DI BASE.doc;  
CARATTERISTICHE DI BASE.pdf;

Buonasera,  
Come anticipato telefonicamente questa Azienda deve provvedere in tempi strettissimi all'acquisto di apparecchiatura per MAGNETOTERAPIA. Al fine di individuare la società a cui affidare la fornitura si inviano le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura. Le società interessate devono dare riscontro alla seguente comunicazione entro le ore 18.30.  
  
La società individuata per l'affidamento diretto deve rendersi disponibile per iscritto e da subito ad assegnare in prova apparecchiatura al fine di co  
E' necessario che le società dichiarino la disponibilità alla fornitura PRONTA CONSEGNA

Carmen Zubiani  
ASST Valtellina e dell'Alto Lario  
UOC Approvvigionamenti  
Gare e Contratti  
Tel. 0342 521071 Fax 0342 521075

### CARATTERISTICHE MINIME

(APPARECCHIATURA di riferimento tipo PMT Qs MANUALE)

minimo 3 canali completamente indipendenti

minimo 6 uscite ( due per ciascun canale)

frequenza da ca. 0,5 a 100 HZ

Intensità del campo magnetico variabile da 5 a 100%

tempo di trattamento da 1 a 99 min e continuato

programmi pre impostati, modificabili e programmi memorizzabili

LCD retroilluminato

tastiera:

Allarmi e dotazioni di sicurezza specificare:

Generatore dotato di carrello

letto con solenoide diametro ca. 80 cm. a scorrimento manuale

Dotato di serie 2 applicatori con effetto vibrazione per effettuare trattamenti localizzati gestibili simultaneamente dallo stesso generatore.

dichiarazione **ESPLICITA** di fornitura **PRONTA CONSEGNA – CON CONTESTUALE COLLAUDO E FORMAZIONE.**

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario**

Via Stelvio,25 – 23100 Sondrio – Tel. 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148

