



U.O.C. Approvvigionamenti

V E R B A L E DI APERTURA DELLE OFFERTE AMMINISTRATIVE E TECNICHE**Invito procedura negoziata relativo la fornitura di sistemi diagnostici con tecnologia POCT
"Point Of Care".**

-----0000000-----

Alle ore 11.00 del 28.09.2017 ha luogo, presso la sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario l'apertura delle offerte contenenti la documentazione amministrativa e tecnica della gara in oggetto.

Il criterio di aggiudicazione della gara è quello previsto dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sono state invitate le seguenti società:

Nome partecipante	Nazione	Prov.	Comune
A. DE MORI SPA	Italia	MI	MILANO
Instrumentation Laboratory	Italia	MI	MILANO
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Italia	FI	FIRENZE
Roche Diagnostics spa	Italia	MB	MONZA
Siemens Healthcare srl	Italia	MI	MILANO
Dasit spa	Italia	MI	MILANO
Biomedical Service srl	Italia	VE	SCORZE'
Diagnostic International Distribution spa	Italia	MI	MILANO
Alere srl	Italia	MI	MILANO

Il Termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito entro le ore 16.00 del 20.09.2017.

Prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta sono state rese le seguenti precisazioni:

- 01.09.2017 (Allegate)
- 05.09.2017 (Allegate)
- 06.09.2017 (Allegate)
- 08.09.2017 (Allegate)
- 08.09.2017 (Allegate)
- 25.09.2017 (Allegate)

VERBALE APERTURA AMMINISTRATIVA E TECNICA



Entro tale data sono pervenute le seguenti offerte:

Numero Protocollo Informatico	Fornitore	Modalità di partecipazione	Data	Stato offerta
1505889718591	A. DE MORI SPA	Forma singola	20/09/2017	Valida

Presenziano all'operazione di Apertura pieghi documentazione amministrativa il Direttore UOC Approvvigionamenti Renato Paroli – Responsabile Unico Procedimento - nella funzione di Presidente, la Sig.ra Valentina Tè - Assistente Amministrativo UOC Approvvigionamenti in qualità di segretario e la Dott.ssa Carmen Zubiani – Collaboratore Amministrativo UOC Approvvigionamenti in qualità di teste.

Si procede all'apertura delle **BUSTE AMMINISTRATIVE** e a riscontrarne il contenuto:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	A. DE MORI SPA
1) dichiarazione di accettazione di tutta la documentazione di gara compreso il DUVRI, il patto di integrità (è sufficiente un'unica dichiarazione); 2) schema offerta privo di prezzi; 3) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 come modificata con D.L. 187/10, si richiedono gli estremi identificativi dei c/c dedicati nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 4) allegati dal 2 al 6 (trattamento dei dati); 5) cauzione provvisoria, pari ad € 3.604,00 riducibile del 50% allegando le dovute certificazioni; 6) pagamento di € 20,00 del CIG 7187077390; Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità: - mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo http://riscossione.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.	PRESENTATA

Il riscontro della documentazione amministrativa presentata è positivo.



Si procede quindi a riscontrare la presentazione della **documentazione tecnica**:

DOCUMENTAZIONE TECNICA	A. DE MORI SPA
7) descrizione tecnica e prospetti od opuscoli illustrativi del sistema richiesto; 8) manuale d'uso, in lingua italiana, dei sistemi e, nel caso previste, delle sue componenti; 9) compilazione della scheda tecnica full risk; 10) compilazione della scheda tecnica preliminare; 11) relazione relativa alle modalità di addestramento del personale; 12) dichiarazione di conformità delle apparecchiature alle direttive CE 2007/47 e del Decreto Legislativo attuativo 25.01.2010 n.37;	PRESENTATA

I files riferiti alla documentazione tecnica si sono aperti tutti, il seggio di gara non entra nel merito della completezza della documentazione tecnica rispetto a quanto richiesto in sede di capitolato tecnico.

Sarà compito della Commissione di Aggiudicazione accertare questo aspetto.

Le società sono ammesse alle fasi successive della procedura.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta.

La seduta ha termine alle ore 11.20.

Letto e confermato, si sottoscrive.

IL SEGRETARIO

Valentina Tè

Valentina Tè

IL TESTE

Carmen Zubiani

Carmen Zubiani

IL PRESIDENTE

Renato Paroli

Renato Paroli

VERBALE APERTURA AMMINISTRATIVA E TECNICA



Sondrio 06/10/2017

VERBALE TECNICO

VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI CON TECNOLOGIA POCT DA COLLOCARE PRESSO IL PPI DEL PRESIDIO DI MORBEGNO

Si premette che:

- la commissione per la valutazione tecnica delle offerte è così composta:

- presidente Dr. Ennio Ruffoni – Dirigente Medico Patologia Clinica Laboratorio Analisi;
- componente Sig.ra Francesca Beldi – Coordinatore Anatomia Patologica e Laboratorio Sondrio;
- componente Sig.ra Romana Mazza – TSLB Laboratorio Analisi

- il Direttore S.C. Provveditorato Economato ha trasmesso al Presidente della Commissione la documentazione tecnica ed ha comunicato che:

l'unica offerta pervenuta in gara è quella di A. De Mori

Dato atto che i Commissari provvedono in via preliminare a rilasciare singola dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi.

La commissione riesamina i criteri di valutazione tecnica previsti dal capitolato e ribadisce che i criteri di valutazione non saranno altro che quelli previsti dal capitolato di gara.

La commissione inizia l'esame della documentazione tecnica e procede a una prima valutazione del materiale dimostrativo prodotto.

Il Presidente della Commissione ha convocato la stessa per il giorno 19/10/2017 alle ore 14.15 presso l'ufficio del Coordinatore del Laboratorio di Sondrio per un **secondo incontro**.

Il Presidente alle ore 11.00 dichiara chiusa la seduta e conclusi i lavori della commissione.

Il Presidente: Ennio Ruffoni

Componente: Francesca Beldi

Componente: Romana Mazza



Sondrio, 19 ottobre 2017

VERBALE TECNICO

VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA

PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI CON TECNOLOGIA POCT DA COLLOCARE PRESSO IL PPI DEL PRESIDIO DI MORBEGNO

Si premette che:

- la commissione per la valutazione tecnica delle offerte è così composta:

- presidente Dr. Ennio Ruffoni – Dirigente Medico Patologia Clinica Laboratorio Analisi;
- componente Sig.ra Francesca Beldi – Coordinatore Anatomia Patologica e Laboratorio Sondrio;
- componente Sig.ra Romana Mazza – TSLB Laboratorio Analisi

Il Presidente della Commissione ha convocato la stessa, presente in modo completo, per il giorno 19/10/2017 alle ore 14.15 presso l'ufficio del Coordinatore del Laboratorio di Sondrio per un **secondo incontro**.

La Commissione ha proceduto alla valutazione del materiale dimostrativo prodotto con l'attribuzione dei seguenti punteggi (per il dettaglio fare riferimento all'allegato A):

A - CHIMICA CLINICA:

	Requisito	Punteggio
a.1	Semplicità: Esecuzione contemporanea di tutto il profilo esami richiesto.	5
a.2	Semplicità: Reagenti pronti all'uso.	4
a.3	Qualità: Esecuzione degli indici del siero per interferenza (lipemia, ittero, emolisi).	3
a.4	Qualità: Modalità di controllo del processo analitico.	3
a.5	Sicurezza: Possibilità esecuzione senza stappare la provetta.	4
a.6	Parametri aggiuntivi disponibili	3
	TOTALE	22



B - EMATOLOGIA:

	Requisito	Punteggio
b.1	Semplicità: Fase preanalitica di miscelazione standardizzata per modi e per tempi e definibile dall'utente.	5
b.2	Sicurezza: Esecuzione del profilo emocromo da provetta chiusa.	3
b.3	Qualità: Modalità di controllo del processo analitico.	3
b.4	Semplicità e Qualità: Controllo remoto dell'analizzatore in modalità "Fronte Macchina" per consentire di intervenire su calibrazioni, lavaggi e manutenzioni.	5
	TOTALE	16

C - IMMUNOMETRIA

	Requisito	Punteggio
c.1	Semplicità: Reagenti a bordo strumento (minimo 50 test)	5
c.2	Semplicità: Richiamo automatico dell'anagrafica e della lista di esami da eseguire tramite collegamento bidirezionale.	4
c.3	Semplicità: Reagenti pronti all'uso.	3
c.4	Qualità: Modalità di controllo del processo analitico.	5
c.5	Sicurezza: Possibilità esecuzione senza stappare la provetta.	5
c.6	Sicurezza: Scarico sigillato contenente tutto il materiale di analisi.	5
	TOTALE	27

D - COAGULAZIONE

	Requisito	Punteggio
d.1	Semplicità e sicurezza: Possibilità di lavorare con provetta tappata.	0
d.2	Qualità: Modalità di controllo del processo analitico.	2
	TOTALE	2



Terminata la valutazione, si trasmettono i relativi Verbali, l'allegato A, le dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interesse alla UOC
APPROVVIGIONAMENTI

Il Presidente alle ore 16.30 dichiara chiusa la seduta e conclusi i lavori della commissione.

Il Presidente: Enrico Tuffi

Componente: Franca Aldi

Componente: Renzo Pizzi

ALLEGATO A al VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI CON TECNOLOGIA POCT DA COLLOCARE PRESSO IL PPI PRESIDIO DI MORBEGNO

	Criterio valutazione	Valori attribuibili	CRITERIO	valutazione da 0,0 a 1,0				Punteggio
				RUFFONI	BELDI	MAZZA	Media	
A.1	Semplicità: Esecuzione contemporanea di tutto il profilo esami richiesto.	5 SI/NO		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
A.2	Semplicità: Reagenti pronti all'uso.	4 SI/NO		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
A.3	Qualità: Esecuzione degli indici del siero per interferenza (lipemia, ittero, emolisi).	3 SI/NO		1,00	1,00	1,00	1,00	3,00
A.4	Qualità: Modalità di controllo del processo analitico.	3 DESCRIVERE		1,00	1,00	1,00	1,00	3,00
A.5	Sicurezza: Possibilità esecuzione senza stappare la provetta.	4 SI/NO		1	1	1	1,00	4,00
A.6	Parametri aggiuntivi disponibili	3 DESCRIVERE		1	1	1	1,00	3,00
B.1	Semplicità: Fase preanalitica di miscelazione standardizzata per modi e per tempi e definibile dall'utente	5 SI/NO		1	1	1	1,00	5,00
B.2	Sicurezza: Esecuzione del profilo emocromo da provetta chiusa.	3 SI/NO		1	1	1	1,00	3,00
B.3	Qualità: Modalità di controllo del processo analitico.	3 DESCRIVERE		1	1	1	1,00	3,00
B.4	Semplicità e Qualità: Controllo remoto dell'analizzatore in modalità "Fronte Macchina" per consentire di intervenire su calibrations, lavaggi e manutenzioni.	5 SI/NO		1	1	1	1,00	5,00

C.1	Semplicità: Reagenti a bordo strumento (minimo 50 test)	5	SI/NO	1	1	1	1	1,00	5,00
C.2	Semplicità: Richiamo automatico dell'anagrafica e della lista di esami da eseguire tramite collegamento bidirezionale.	4	SI/NO	1	1	1	1	1,00	4,00
C.3	Semplicità: Reagenti pronti all'uso.	3	SI/NO	1	1	1	1	1,00	3,00
C.4	Qualità: Modalità di controllo del processo analitico.	5	DESCRIVERE	0,8	1	0,9	1	0,90	4,50
C.5	Sicurezza: Possibilità esecuzione senza stappare la provetta.	5	SI/NO	1	1	1	1	1,00	5,00
C.6	Sicurezza: Scarico sigillato contenente tutto il materiale di analisi.	5	SI/NO	1	1	1	1	1,00	5,00
D.1	Semplicità e sicurezza: Possibilità di lavorare con provetta tappata.	3	SI/NO	0,1	0,1	0,1	0,1	0,10	0,30
D.2	Qualità: Modalità di controllo del processo analitico.	2	DESCRIVERE	1	1	1	1	1,00	2,00
									66,80

Sondrio, 19 ottobre 2017

Il Presidente

Ennio Ruffi

Componente

Franco Beldi

Componente

Romano Herzog



UOC APPROVVIGIONAMENTI

VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE GARA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI CON TECNOLOGIA POCT “POINT OF CARE”:

-----0000000-----

In data 27 ottobre 2017 alle ore 09.30 presso la UOC Approvvigionamenti si è proceduto all'apertura delle offerte economiche pervenute per la gara in oggetto.

Hanno presenziato all'operazione di apertura dei pieghi della documentazione economica:
il Direttore UOC Approvvigionamenti Dr. Renato Paroli – Responsabile Unico Procedimento - nella funzione di Presidente,
la Dott.ssa Elisa Fogagnoli - Collaboratore UOC Approvvigionamenti in qualità di segretario e
la Sig.ra Valentina Tè – Assistente Amm.vo UOC Approvvigionamenti in qualità di teste.
Per le Società è presente il Sig. Angelo Lusa.

Dalla valutazione tecnica è emerso che la ditta A. De Mori ha conseguito un punteggio tecnico di 66,80, che riparametrato diventa 70.

L'offerta economica è la seguente:

Prezzo complessivo biennale base d'asta € 180.000,00 Iva esclusa.

REAGENTI

	ESAME	ESAMI ANNUI	CALIBRAZ. INSERIRE	CQI INSERIRE	TOTALE FORNITURA	PREZZO UNITARIO IVA ESCL.	PREZZO ANNUO IVA ESCL.	PREZZO BIENNALE IVA ESCL.
A	AZOTO (UREA)	2.600	0	0	2.700	€ 13,35	€ 36.045,00	€ 72.090,00
	BILIRUBINA TOTALE	2.400	0	0				
	CPK	2.400	0	0				
	CREATININA	2.600	0	0				
	GLUCOSIO	2.400	0	0				
	GOT	2.400	0	0				
	GPT	2.400	0	0				
	LIPASI/AMILAS I	2.400	0	0				
PROTEINA C REATTIVA QUANTITATIV A	2.700	0	0					
B	EMOCROMOCITOMETRICO	3.500	0	0	3.500	€ 1,05	€ 3.675,00	€ 7.350,00
C	D-DIMERO	800	0	0	800	€ 6,00	€ 4.800,00	€ 9.600,00
	TROPONINA I/T	1.000	0	0	1.000	€ 5,50	€ 5.500,00	€ 11.000,00
	BNP/NT PRO BNP	350	0	0	350	€ 11,00	€ 3.850,00	€ 7.700,00
D	TEMPO DI PROTROMBINA	2.300	0	0	2.300	€ 5,50	€ 12.650,00	€ 25.300,00
	TEMPO PARZIALE DI TROMBOPLASTINA	2.300	0	0				
TOTALE								€ 133.040,00

**STRUMENTAZIONE**

N.	DESCRIZIONE	CANONE ANNUALE ESCL. IVA	CANONE BIENNALE ESCL. IVA	CANONE BIENNALE ESCL. IVA STRUMENTI 2
2	STRUMENTI EMATOLOGIA Analizzatore Icon-cod. ND30H	€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ 16.000,00
2	STRUMENTI CHIMICA CLINICA Analizzatore Piccolo Xpress – cod. 1100-0000E	€ 2.900,00	€ 5.800,00	€ 11.600,00
2	STRUMENTI COAGULAZIONE Analizzatore Qlabs Micropoint – cod. Q-2 Plus	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00
1	STRUMENTO TEST IMMUNOMETRICO Analizzatore AQ190 Flex cod. 393-838	€ 5.500,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
TOTALE				€ 46.600,00

DA QUOTARE INOLTRE:

SISTEMA UPS

€ 50,00 importo annuo

INTERFACCIAMENTO MIDDLEWARE

€ 100,00 importo annuo

Importo complessivo offerto € 179.790,00 Iva esclusa.

Il punteggio dell'offerta economica è pari a 30/30

Il punteggio complessivo risulta quindi essere pari a 100.

Il Presidente dichiara la proposta di aggiudicazione in favore di A. De Mori.

L'aggiudicazione avverrà a conclusione degli accertamenti inerenti il possesso, da parte degli aggiudicatari, dei requisiti previsti dal D. Lgs. 50/2016.

La seduta ha termine alle ore 9:45.

Letto e confermato, si sottoscrive.

IL SEGRETARIO

Elisa Fogagnoli

IL TESTE

Valentina Tè

IL PRESIDENTE

Renato Paroli