



Determinazione n. 910

del 06 SET 2019

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO – ASSEGNAZIONE SISTEMA MULETTO RM
ACHIEVA 1.5T - ADEGUAMENTO GABBIA DI FARADAY RISONANZA MAGNETICA
PRESIDIO DI SONDALO.**

**II DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI**

RICHIAMATI:

- la DGR XI/1046 del 12.11.2018 di Regione Lombardia che specifica l'obbligo di ricorrere a Convenzioni A.R.C.A., Convenzioni Consip S.p.a. e piattaforme telematiche equivalenti per le esigenze di acquisto degli enti sanitari;
- l'art 36 comma 2, lettera a) D.lgs 50/2016 che prevede l'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00;

PREMESSO che:

- con delibera n. 228 del 26.02.2009 è stata aggiudicata alla società Philips Spa la fornitura di n. una Risonanza Magnetica, da 1.0 Tesla, Modello Panorama HFO, n. di serie 3710;
- con Deliberazione n. 1451 del 10.12.2015 tale attrezzatura è coperta da contratto di manutenzione full risk dalla ditta Philips Spa, fino al 31.12.2020 al costo annuo di €95.000,00 oltre iva;

DATO ATTO che:

- l'attrezzatura sopra citata ha recentemente avuto due problemi di spegnimento che hanno richiesto interventi in assistenza e manutenzione con un consistente fermo macchina;
- è probabile che tali problematiche si ripropongano con un conseguente blocco dell'attività per periodi lunghi;
- la società Philips Spa ha proposto con nota formale del 02.08.2019, nell'ambito del canone di manutenzione in vigore, di provvedere alla fornitura di un sistema muletto di Risonanza magnetica Archieva 1,5 Tesla, che assicura le medesime capacità diagnostiche della Risonanza Panorama HFO attualmente in uso;
- la fornitura del sistema muletto ricomprende i costi relativi alle opere murarie ed ancillari, sono invece escluse le opere relative alla gabbia di Faraday;
- il costo della Gabbia di Faraday quantificato in prima istanza dalla società IMEDCO alla Società Philips Spa è di € 44.890,00+ IVA;



- la società IMEDCO © 2019 IMEDCO® AG Industrie strasse West 14 CH-4614 Haegendorf la cui Sede in Italia del Nord è c/o Dott. Gianluca Ravasio via Giovanni Bourdillon 16 IT-20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) con offerta del 01.08.2019 13826.81 ha quantificato l'intervento di sostituzione della gabbia in € 32.500,00 + IVA;

ACQUISITO:

- il parere positivo espresso in data 13.08.2019 dal Direttore del Dipartimento per Immagini all'acquisizione della Risonanza Achieva 1.5 T A-series compresa la fornitura integrativa della bobina ginocchio 8ch e della bobina "small extremity" 8ch;
- il parere favorevole espresso con riserva dal Responsabile UOSD Fisica Sanitaria in quanto non è ancora stata prodotta e di conseguenza analizzata la simulazione della distribuzione delle linee isomagnetiche che risulteranno dopo l'adeguamento delle schermature del campo magnetico statico;

RITENUTO:

- di aderire alla proposta formulata da parte della Società Philips Spa di messa a Disposizione del sistema muletto Risonanza Achieva 1.5 T A-series compresa la fornitura integrativa della bobina ginocchio 8ch e della bobina "small extremity" 8ch;
- di aggiudicare la fornitura della gabbia di faraday alla IMEDCO © 2019 IMEDCO® AG Industrie strasse West 14 CH-4614 Haegendorf la cui Sede in Italia del Nord è c/o Dott. Gianluca Ravasio via Giovanni Bourdillon 16 IT-20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) alle condizioni di cui al preventivo 13826-a del 01.08.2019 di € 32.500,00 + IVA;
- di dare corso al collaudo dell'installazione previa giudizio d'idoneità espresso dal Responsabile UOSD Fisica Sanitaria in merito alla distribuzione delle linee isomagnetiche;
- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), il Direttore della U.O.C. Approvvigionamenti;
- di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), il Responsabile UOS Tecnologie Innovative;

VERIFICATA la regolarità tecnica e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione del Direttore della UOC Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva allegata al presente atto;

DETERMINA

per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,


- di aderire alla proposta formulata da parte della Società Philips Spa di messa a Disposizione del sistema muletto Risonanza Achieva 1.5 T A-series compresa la fornitura integrativa della bobina ginocchio 8ch e della bobina "small extremity" 8ch;
- di aggiudicare la fornitura della gabbia di faraday alla IMEDCO © 2019 IMEDCO® AG Industrie strasse West 14 CH-4614 Haegendorf la cui Sede in Italia del Nord è c/o Dott.



Gianluca Ravasio via Giovanni Bourdillon 16 IT-20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) alle condizioni di cui al preventivo 13826-a del 01.08.2019 di € 32.500,00 + IVA;

- di dare corso al collaudo dell'installazione previa giudizio d'idoneità espresso dal Responsabile UOSD Fisica Sanitaria in merito alla distribuzione delle linee isomagnetiche;
- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), il Direttore della U.O.C. Approvvigionamenti;
- di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), il Responsabile UOS Tecnologie Innovative;
- di dare atto che il costo complessivo di € 39.650,00 Iva inclusa sarà imputato nel Bilancio di competenza sul conto 3F010301;
- di dare mandato alla UOC Economico Finanziaria per gli adempimenti connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari specificando che il CIG di riferimento per la fornitura è il seguente: Z0C299F52E;
- di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
- di dare mandato al Responsabile del procedimento per la cura dei successivi adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE
UOC Approvvigionamenti
(dr. Renato Paroli)





ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

UOC ECONOMICO FINANZIARIA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento così come segue:

BILANCIO	N. CONTO e DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	IMPORTO 2022	TOTALE
SAN	3F010301 Manutenzione Riparaz. Attrezzature Ragiologiche Diagnostica perImmagini	€ 39.650,00				€ 39.650,00
Totale		€ 39.650,00				€ 39.650,00
TER						
Totale						
TOTALE		€ 39.650,00				€ 39.650,00

Sondrio, _____

IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Giugliana Rabbiosi

Pratica gestita da: Renato Paroli